



**EN DeVilbiss® Vacu-Aide® QSU Suction Unit Instruction Guide 7314 Series**

**RX ONLY**

Assembled in the USA

**ES Guía de Instrucciones para la Unidad de Succión de la Serie 7314 de DeVilbiss® Vacu-Aide® QSU**

**RX ÚNICAMENTE**

Ensamblado en EE. UU.

**FR Manuel utilisateur de l'aspirateur de mucosités Vacu-Aide® QSU Série 7314**

**UNIQUEMENT SUR PRESCRIPTION**

Assemblé aux États-Unis

TABLE OF CONTENTS

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| IEC Symbols.....                                                 | EN - 2  |
| Important Safeguards.....                                        | EN - 2  |
| International Travel.....                                        | EN - 3  |
| Introduction.....                                                | EN - 3  |
| Accessory/Replacement Items.....                                 | EN - 3  |
| Important Parts of Your 7314 Series DeVilbiss Suction Unit ..... | EN - 4  |
| Set-Up & Operation .....                                         | EN - 5  |
| Battery Charging & Filter Maintenance .....                      | EN - 6  |
| Cleaning Instructions.....                                       | EN - 7  |
| Troubleshooting.....                                             | EN - 8  |
| Provider's Notes .....                                           | EN - 9  |
| Specifications/Classifications .....                             | EN - 9  |
| Guidance and Manufacturer's Declaration.....                     | EN - 10 |

SYMBOL DEFINITIONS

|                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Attention, consult instruction guide                                                                                                                            |    | Center positive polarity indicator                                                                                                           |    | Battery charging                                                                      |
|    | Consult instructions for use                                                                                                                                    |    | Type BF equipment-applied part                                                                                                               |    | Low battery                                                                           |
|  | Date of manufacture                                                                                                                                             |  | "On" compressor                                                                                                                              |  | Keep dry                                                                              |
|  | Manufacturer                                                                                                                                                    |  | "Off" compressor (external battery charging)                                                                                                 |  | Do not get wet                                                                        |
|  | Direct current                                                                                                                                                  |  | External power                                                                                                                               |  | Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician. |
|  | Alternating current                                                                                                                                             |  | Choking Hazard – Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency to place inedible object in their mouths. |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>IP12</b>                                                                        | Protected against solid foreign objects of ≥ 50 mm AND vertically falling water drops when enclosure is tilted up to 15°                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|  | This device contains electrical and/or electronic equipment that must be recycled per EU Directive 2012/19/EU- Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed. Read all instructions before using. Important information is highlighted by these terms:

- DANGER**– Urgent safety information for hazards that will cause serious injury or death.
- WARNING**– Important safety information for hazards that might cause serious injury.
- CAUTION**– Information for preventing damage to the product.
- NOTE**– Information to which you should pay special attention.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DEVICE.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

DANGER

To reduce the risk of electrocution:

- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

- 1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or physically incapacitated individuals.
- 2. Use this product only for its intended use as described in this guide.
- 3. Keep the power cord away from heated surfaces.
- 4. Never use while drowsy or asleep.
- 5. Do not cover the unit or the AC to DC adapter while power is applied.
- 6. Never operate this product if
  - a. It has a damaged power cord or plug.
  - b. It is not working properly.
  - c. It has been dropped or damaged.
  - d. It has been dropped into water.

Instead return the product to an authorized DeVilbiss Healthcare service center for examination and repair.

INTERNATIONAL TRAVEL

The 7314 series is equipped with an AC to DC adapter allowing operation on any AC voltage (100-240 VAC, 50/60 Hz). However the correct power cord must be used to connect to adaptable wall power.

NOTE– Check power cord for adaptability before using.

INTRODUCTION

Your DeVilbiss suction unit is a compact medical suctioning device which has been designed for reliable, portable operation. Following the recommended operating and maintenance procedures outlined in this instruction guide will maximize the life of this product.

Intended Use Statement

The device is to be used to remove fluids from the airway or respiratory support system and infectious materials from wounds. The device creates a negative pressure (vacuum) that draws fluids through disposable tubing that is connected to a collection container. The fluids are trapped in the collection container for proper disposal. It is for use on the order of a physician only.

Contraindications

The Vacu-Aide QSU should not be used for:

- thoracic drainage
- nasogastric suction

DANGER

The DeVilbiss Vacu-Aide is a vacuum suction device designed for the collection of nonflammable fluid materials in medical applications only. Improper use during medical applications can cause injury or death. For all medical applications:

- 1. All suctioning should be done in strict accordance with appropriate procedures that have been established by a licensed medical authority.
- 2. Some attachments or accessories may not fit the tubing supplied. All attachments or accessories should be checked prior to use to assure proper fit.

ACCESSORY/REPLACEMENT ITEMS

The following items can be purchased separately as accessories or replacement items for your 7314 Series DeVilbiss Suction Unit:

| Description                                                                                                           | Part No.  | Description                                                                    | Part No.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6' patient tubing                                                                                                     | 6305D-611 | Splash Guard (12 pack) for Disposable Container with internal filter cartridge | 7305D-641 |
| 800 Disposable Container (container and lid only) for use with external bacteria filter (48 pack)                     | 7305D-602 | Carrying case                                                                  | 7314D-606 |
| Collection Container Kit (800 ml disposable container, external bacteria filter, elbow, 3 3/8" and 6'tubing package)  | 7305D-603 | 12V DC power cord (1 each)                                                     | 7304D-619 |
| Collection Container Kit (Internal filter cartridge, splash guard, 800 ml container, 4 3/8" and 6' tubing package)    | 7305D-633 | AC to DC adapter/charger (see Specifications for manufacturer information)     | 7314P-613 |
| 800 ml disposable container with internal filter cartridge, splash guard and 4 3/8" tubing (48 each)                  | 7305D-632 | Power cord for US                                                              | DV51D-606 |
| Filter cartridge (12 pack) (For Disposable Container with internal filter)                                            | 7305D-635 | Power cord for Continental Europe                                              | DV51D-607 |
| Collection Container Kit (1200 ml reusable container, external bacteria filter, elbow, 4 3/8" tubing)                 | 7314D-603 | Power cord for UK                                                              | DV51D-608 |
| 1200 ml reusable container (external bacteria filter, elbow, 4 3/8" tubing) (6 pack)                                  | 7314D-604 | Power cord for Australia                                                       | DV51D-609 |
| External bacteria filter (non-sterile) (12 pack) For reusable container and disposable container with external filter | 7305D-608 | Power cord for Japan                                                           | DV51D-613 |

NOTE– The use of electrical cables and accessories other than those specified in this manual or referenced documents may result in increased electromagnetic emissions from the product or decreased electromagnetic immunity of the product.

## IMPORTANT PARTS

### 7314 Series DeVilbiss Vacu-Aide QSU Suction Unit

#### with Disposable Container and Internal Filter Cartridge


1. Vacuum gauge
2. Vacuum regulator knob
3. 6' patient tubing
4. Patient tubing connector
5. Disposable container with lid (float shut off incorporated into lid) and filter cartridge
6. Filter cartridge with 4 $\frac{3}{8}$ " tubing
7. DC power input (on side)
8. Power switch
9. LED power lights

AC to DC adapter (not shown)

DC power cord (not shown) optional

Internal rechargeable battery (not shown) 7314P series only

Carrying case (not shown) 7314P series only



#### with Disposable Container and External Bacteria Filter


1. Vacuum gauge
2. Vacuum regulator knob
3. 3 $\frac{3}{8}$ " connection tubing
4. 6' patient tubing
5. Patient tubing connector
6. Disposable container with lid (float shut off incorporated into lid)
7. DC power input (on side)
8. Power switch
9. LED power lights
10. External bacteria filter

AC to DC adapter (not shown)

DC power cord (not shown) optional

Internal rechargeable battery (not shown) 7314P series only

Carrying case (not shown) 7314P series only



#### with Reusable Container and External Bacteria Filter


1. Vacuum gauge
2. Vacuum regulator knob
3. 4 $\frac{3}{8}$ " connection tubing
4. External bacteria filter
5. Patient tubing connector
6. 6' patient tubing
7. Lid
8. DC power input (on side)
9. Power switch
10. LED power lights

AC to DC adapter (not shown)

DC power cord (not shown) optional

Internal rechargeable battery (not shown) 7314P series only

Carrying case (not shown) 7314P series only



#### Disposable Container with Internal Filter Cartridge and Splash Guard

1. 4 $\frac{3}{8}$ " connection tubing
2. Filter cartridge (Do not get wet)
3. Lid
4. Jar
5. Splash guard
6. Patient tubing connector



#### Disposable Container with External Bacteria Filter

1. 3 $\frac{3}{8}$ " connection tubing
2. Patient tubing connector
3. Lid
4. Jar
5. Connection elbow
6. Bacteria filter



#### Reusable Container with External Bacteria Filter

1. 4 $\frac{3}{8}$ " connection tubing
2. Lid with o-ring
3. Overflow valve
4. Jar
5. Patient tubing connector
6. Connection elbow
7. Bacteria filter






## SET-UP & OPERATION



Fully charge battery for 17 HOURS. (7314P series only)



If applicable, ensure splash guard is securely attached to inside of lid over filter cartridge.




Securely attach lid to container.




Insert container into holder and gently push into place.  
**NOTE** – Do not use excessive force. Pushing container down too hard could cause potential leak or loss of suction.




**Disposable Container w/ internal filter cartridge Connection:** Attach 4 3/8" tubing from filter cartridge to tubing connector on unit.



**Reusable Container and Disposable Container w/external Bacteria Filter Connection:** Connect either end of the 4-3/8" (reusable) or 3-3/8" (disposable) tubing to the tubing connector then connect the other end to the bacteria filter. Ensure that the clear side of the bacteria filter is toward elbow and bottle when installing. Do not reverse direction of filter. The bacteria filter should then be connected to the 90° elbow connection, and the elbow should be connected to the top of the container lid where it says <Vacuum>.



Attach 6' patient tubing to container lid at outlet labeled <Patient>.



Ensure power switch is ⏻ "off".

**NOTE**–Inspect suction tubing and container for leaks, cracks, etc. and assure that all connections are secure and without leaks before using.



**7314P** - Select desired power source. (Skip steps 8 if using internal battery power.)


**NOTE**– The 7314D series is not factory equipped with an internal rechargeable battery. 7314P series is factory equipped with an internal rechargeable battery and all information regarding battery operation in this guide is applicable.




**7314D series** (non-battery label)



If using AC or DC power, plug the small connector into the DC power input on the side of unit.



Plug the other end into an AC wall outlet or DC receptacle.  
**NOTE**– The AC adapter may become warm to the touch during charging or running of the unit. This is normal.



Turn the unit ⏻ "on".



Adjust the suction level.



Verify suction level.  
**NOTE** - Always verify suction level before beginning by occluding open end of patient tubing while observing gauge. Adjust knob to desired level.

### WARNING

If the unit is not receiving power from an external source or the battery was not recharged, the low battery indicator light will remain on and the performance of the unit will drop off rapidly. Switch to another power source immediately after the low battery light appears to avoid an interrupted suction procedure.

**NOTE**– Gauge is for reference only. If the unit sustains a severe drop, accuracy of the gauge must be checked.

**CAUTION**– When automatic float shut-off is activated, contents of the collection container should be emptied. Further suctioning could cause damage to the vacuum pump.

**CAUTION**– Should fluid be aspirated back into the unit, equipment provider servicing is necessary as possible vacuum pump damage may result.


## BATTERY CHARGING & FILTER MAINTENANCE

### Battery Charging (7314P Series Only)


On 7314P series, the units are equipped with a factory-installed rechargeable battery. The unit will have a light for low battery and charge indication.




1 Ensure power switch is "off".




2 Plug the small connector of the AC or DC adapter into the DC power input.



3 Plug the other end into an AC wall outlet or DC receptacle.



4 Battery charging begins; 17 hours for full charge.



5 Battery charging complete.

#### LED Explanations:

|  |                                                                                                   |  |                                                                                            |  |                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Green</b> – Illuminated when external power is supplied to unit from an AC or DC power source. |  | <b>Yellow</b> – Battery is being charged. Light will go out when battery is fully charged. |  | <b>Red</b> – Low battery. Seek another power source and charge battery as soon as possible when light illuminates. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**NOTE** – Charge battery for a minimum of 17 hours before first use.

**NOTE** – Fully recharge battery after each use. The unit will continue to float charge the battery after the charge indicator turns off, so leave the unit connected to AC when not in use.

**CAUTION**– Discharging the battery completely will shorten the life of the battery. Do not operate the unit more than a few minutes if the low battery indicator light is lit. Recharge as soon as possible.

**NOTE** – Unit run time will decrease as the battery ages.

**NOTE** – Unit run time will also be reduced by letting the battery sit at a discharged state for extended periods.

**STORAGE NOTE** - Battery should be charged for a minimum of 17 hours prior to storage, and at least once every 6 months. Important - If battery recharge is delayed beyond 6 months, battery may be able to provide full run time after completion of 3 full charge and discharge cycles.

**NOTE**– A fully charged battery will provide approximately 60 minutes of continuous operation at a zero vacuum level (free flow). Operation time will decrease with higher vacuum levels.

**NOTE**– When charging the battery, use an external power source and verify that the charge light illuminates when the unit is in the "Off" position. If the battery does not charge, please be sure the model you are using has a battery installed prior to contacting your authorized DeVilbiss Healthcare provider.


**NOTE**– The internal rechargeable battery is sealed lead-acid. Contact your local authorities for instruction on proper disposal.

**NOTE**– Do not connect the AC adapter to an outlet controlled by a switch to ensure power is supplied to unit at all times.

**NOTE**– Do not connect the DC power cord to an outlet that is not constantly energized.

### Changing Internal Filter Cartridge (single-patient use) Disposable Container

Change filter cartridge if overflow occurs or every two months, whichever comes first.



1 Turn unit "off".



2 Remove filter cartridge and 4 3/8" tubing.



3 Install new cartridge and attach tubing.

**NOTE**– Do not substitute any other material for this filter cartridge. Substitution may lead to contamination or poor performance; use only DeVilbiss filter cartridges.

**NOTE**– The filter cartridge contains a hydrophobic filter. If the filter media becomes wet, air flow will be stopped. The filter cartridge must then be replaced. Do not remove filter media from filter cartridge.


**NOTE**– Filter cartridges are included with each disposable container. They are also available separately (7305D-635 12/pack).

### Changing External Bacteria Filter (single-patient use) Reusable Container and/or Disposable Container

Change bacteria filter if overflow occurs or every two months, whichever comes first.



1 Turn unit "off".



2 Remove filter by disconnecting it from suction unit and lid assembly.



Replace with a clean DeVilbiss bacteria filter (non-sterile) and remount to suction unit and lid. Ensure that the clear side of the bacteria filter is toward elbow and bottle when installing. Do not reverse direction of filter. Additional filters (7305D-608 12/pack) may be purchased from your authorized DeVilbiss Healthcare provider.

**NOTE**– Do not substitute any other material for this bacteria filter. Substitution may lead to contamination or poor performance; use only DeVilbiss filters.

**NOTE**– Bacteria filter must be changed between patients.

## CLEANING INSTRUCTIONS

### WARNING

To prevent possible risk of infection from contaminated cleaning/disinfection solutions, always prepare fresh solution for each cleaning cycle and discard solution after each use.


**NOTE**– Disinfection information is based on AARC Clinical Practice Guideline Suctioning of the Patient in the Home.

### Disposable Collection Container (with Internal Filter Cartridge)


**NOTE**– The disposable collection container and lid are meant for single-patient use.



Turn unit "off" and allow vacuum to drop.



Disconnect from power source.



Disconnect tubing and remove container from holder.



Carefully remove lid and empty contents. **NOTE**– Container should be emptied and cleaned after each use.



Remove filter cartridge and 4 3/8" tubing and set aside.

**WARNING**– Do not remove float ball from lid. If removed, float ball may pose a choking hazard.



Filter **MUST NOT** get wet. The filter material cannot be removed from the elbow.



Wash container, lid and splash guard in warm water/dishwashing solution. Rinse with clean, warm water.



Soak in 1 part vinegar ( $\geq 5\%$  acetic acid concentration) to 3 parts water (131°F-149°F/55°C-65°C) solution for 60 minutes. Rinse with clean, warm water and air dry.

**NOTE**– The disassembled container may also be washed in a dishwasher, top shelf only, using a cycle with a water temperature between 131°F-149°F/55°C-65°C.


### Disposable Collection Container (with External Bacteria Filter)

**NOTE**– The disposable collection container and lid are meant for single-patient use.


**NOTE**– The disassembled container may also be washed in a dishwasher, top shelf only, using a cycle with a water temperature between 131°F-149°F/55°C-65°C.



Turn unit "off" and allow vacuum to drop.



Disconnect from power source.



Disconnect tubing and remove container from holder.



Carefully remove lid and empty contents. **NOTE**– Container should be emptied and cleaned after each use.



Remove bacteria filter, elbow, and 3/8" tubing and set aside.




Wash container and lid in warm water/dishwashing solution. Rinse with clean, warm water.


### Reusable Collection Container (with External Bacteria Filter)



Turn unit "off" and allow vacuum to drop.



Disconnect from power source.



Disconnect tubing and remove container from holder.



Carefully remove lid and empty contents. **NOTE**– Container should be emptied and cleaned after each use.



Remove bacteria filter, elbow, and 3/8" tubing and set aside.



Wash jar, lid, o-ring, and overflow valve in a solution of warm water with a mild, liquid detergent (e.g. Dawn or Palmolive) and rinse with clean, warm tap water. Then disinfect using one of the following methods.



#### For single patient use:

1. Soak in 1 part vinegar ( $\geq 5\%$  acetic acid concentration) to 3 parts water ( $131^{\circ}\text{F}$ - $149^{\circ}\text{F}$ / $55^{\circ}\text{C}$ - $65^{\circ}\text{C}$ ) solution for 60 minutes. Rinse with clean, warm water and air dry in a clean environment.
2. Soak with a commercial (bacterial-germicidal) disinfectant. Follow disinfectant manufacturer's recommended dilution rates and instructions carefully.

#### For multi patient use:

1. After parts are completely dry, place jar and lid in autoclave with the open end down. Ensure parts are not touching. Run one sterilization steam cycle at  $250^{\circ}\text{F}$  ( $121^{\circ}\text{C}$ ) for 15 minutes. **NOTE**-Jar is guaranteed up to 30 cycles of autoclave sterilization at the indicated conditions.
2. Dispose of and replace filter, tubing and elbow between patients.

### 6' Patient Tubing (single-patient use)




Disconnect from lid.



Rinse thoroughly by running warm tap water through it.



Follow by soaking in a solution of 1 part vinegar ( $\geq 5\%$  acetic acid concentration) to 3 parts water ( $131^{\circ}\text{F}$ - $149^{\circ}\text{F}$ / $55^{\circ}\text{C}$ - $65^{\circ}\text{C}$ ) for 60 minutes. Rinse with clean, warm water and air dry.




Keep outer surface clean by wiping with clean, damp cloth.

### AC to DC Adapter



Disconnect AC to DC adapter from unit and from power source.




Wipe AC to DC adapter housing and cords with a dry cloth.


### Suction Unit (single-patient use)

**CAUTION**– Do not submerge in water as this will result in damage to the vacuum pump.

**NOTE**–Do not use any cleaners or disinfectants that contain ammonia, benzene and/or acetone to clean the unit.



Turn unit  $\odot$  "off" and allow vacuum to drop.



Disconnect from power source.



Wipe the housing with a clean cloth and any commercial (bacterial-germicidal) disinfectant.

### Carrying Case (single-patient use)



Wipe with clean cloth dampened with detergent or disinfectant.

### Suction Unit (multi-patient use)

#### Device Cleaning and Disinfection When There is a Patient Change

When medical devices have already been used with a patient, contamination with human pathogenic germs should be assumed (unless there is evidence to the contrary), and the next patient, user or third party should be protected by appropriate handling and preparation. Therefore, when there is a patient change, people must be protected during the transport and handling of the device and the device must be fully processed, i.e., cleaned and disinfected, by suitably trained personnel before reuse to protect the next patient. The complete processing may only be done by the manufacturer or by a qualified DeVilbiss provider/service technician.

**NOTE** – When the unit is used as per instructions under normal conditions the interior of the unit is protected from exposure to pathogens by the in-line filter on the collection container, hence no disinfection of internal components is necessary.

**NOTE** – If the unit is used without an in-line filter then the interior of the unit has been exposed to pathogens and the unit cannot be disinfected.

**NOTE** – If the following processing of the unit by a qualified DeVilbiss provider/technician is not possible, the unit must not be used by another patient!

DeVilbiss Healthcare recommends that at least the following procedures be carried out by the manufacturer or a qualified third party between uses by different patients.

1. Dispose of all accessory components that are not suitable for reuse, i.e., collection container, filter, tubing and carrying case.
2. With the power switch in the "Off" position, disconnect the DeVilbiss Suction Unit from all external power sources.
3. Visually inspect unit for any damage, missing parts, etc.
4. Wipe the housing with a clean cloth and a commercial (bacterial-germicidal) disinfectant that meets the requirements listed in the NOTE below and is used as per the disinfectant manufacturer's recommended dilution rates and instructions.

**CAUTION** – Do not submerge in water as this will result in damage to the vacuum pump.

**NOTE** – Do not use any cleaners or disinfectants that contain ammonia, benzene and/or acetone to clean the unit.



## TROUBLESHOOTING

### DANGER

Electric shock hazard. Do not attempt to open or remove cabinet, there are no user-serviceable internal components. If service is required, return unit to a qualified DeVilbiss Healthcare provider or an authorized service center. Opening or tampering with the unit will void warranty.

**NOTE**– Your DeVilbiss Suction Unit contains no user-serviceable parts. If you believe your unit is not working properly, BEFORE YOU RETURN IT TO YOUR DEVILBISS HEALTHCARE PROVIDER WHERE YOU PURCHASED IT, PLEASE TAKE A FEW MOMENTS TO CHECK FOR THESE POSSIBLE CAUSES:

| PROBLEM                                                                                                                         | ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit does not turn on when external power is connected. Green external power light does not illuminate.                         | 1. Check power sources and connections.<br>2. Ensure wall outlet is live by plugging in a lamp.                                                                                                                                                                               |
| Pump runs, but there is no suction.                                                                                             | 1. Check that all tubing is connected properly.<br>2. Check tubing connections for breaks or leaks.<br>3. Ensure that float shut-off in collection container is not activated or filter cartridge occluded.<br>4. Check for leaks or cracks in collection container assembly. |
| Low suction.                                                                                                                    | 1. Use vacuum regulator knob to increase suction level.<br>2. Check system for leaks.                                                                                                                                                                                         |
| Unit does not turn on (no external power is connected). 7314P Series Only                                                       | 1. Check that battery is fully charged and/or charge battery.                                                                                                                                                                                                                 |
| Battery will not charge (external power and charge indicator lights should be illuminated during charge mode) 7314P Series Only | 1. Verify that both external power and charge indicator lights illuminate.<br>2. Check power sources and connections.<br>3. Ensure wall outlet is live by plugging in a lamp.                                                                                                 |

### PROVIDER'S NOTES

No routine calibration or service is required provided the device is used in accordance with the manufacturer's directions. In case of a change of patient, the device must be reconditioned to protect the user. Reconditioning must only be carried out by the manufacturer or service provider. Between patients:

1. Visually inspect unit for any damage, missing parts etc.
2. Ensure that unit and accessories are clean.
3. Use an independent vacuum gauge to verify the unit provides the proper vacuum level as stated in Specifications.
4. Discard and replace collection container, filter, and tubing between patients.
5. Wipe the surface using a clean cloth dampened with disinfectant.

### SPECIFICATIONS/CLASSIFICATIONS

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Size (including container)                                                                                                        | 8.3 H x 8.0 W x 8.5 D (21.1 cm x 20.3 cm x 21.6 cm) (not including AC to DC adapter)                                                    |
| Weight (including container)                                                                                                      | 7314P Series - 6.6 lb. (3 kg) (not including AC to DC adapter)<br>7314D Series - 4.3 lb. (2.0 kg)                                       |
| Typical Operating Sound Level                                                                                                     | 55 dBA                                                                                                                                  |
| Electrical Requirements                                                                                                           | 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A max  +; 12V ===; 33 W Max   |
| Vacuum Range                                                                                                                      | 50-550 mm Hg +/- 10%*                                                                                                                   |
| Air Flow @ Pump Inlet:                                                                                                            | 27 LPM (free flow) typical (may be less when running from internal battery)*                                                            |
| Disposable Collection Container Capacity                                                                                          | 800 ml (cc) with 2 filter options                                                                                                       |
| Reusable Collection Container Capacity                                                                                            | 1200 ml (cc)                                                                                                                            |
| <b>Warranty</b>                                                                                                                   | Two-years limited, excluding internal battery (7314P series only) and collection container                                              |
| Internal Battery (7314P Series Only)                                                                                              | 90-day                                                                                                                                  |
| <b>Approvals</b>                                                                                                                  | IEC 60101-1-2; CSA-C22.2 # 601.1; UL 60601-1; EN 60601-1-2; ISO 10079-1; IEC 60601-1; IEC 60529 IP12; IEC 60601-1-6; CENELEC EN 60601-1 |
| Adapter Manufacturer Information                                                                                                  | Emerson Model # AD5012N2LM or Autec Power Systems Model # DTM36-12 or SL Power/Ault Model # MENB1040A1240N02                            |
| <b>Environmental Conditions</b>                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Operating Temperature Range                                                                                                       | 32°F (0°C) - 104°F (40°C)                                                                                                               |
| Operating Relative Humidity                                                                                                       | 0-95%                                                                                                                                   |
| Operating Atmospheric Pressure                                                                                                    | 10.2 psi (70 kPa) - 15.4 psi (106 kPa)                                                                                                  |
| Storage & Transport Temperature Range                                                                                             | -40°F (-40°C) - 158°F (70°C)                                                                                                            |
| Storage & Transport Relative Humidity                                                                                             | 0-95%                                                                                                                                   |
| Storage & Transport Atmospheric Pressure                                                                                          | 7.3 psi (50 kPa) - 15.4 psi (106 kPa)                                                                                                   |
| <b>Equipment Classifications</b>                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| With respect to protection from electric shock                                                                                    | Class II and internally powered                                                                                                         |
| Degree of protection against electric shock                                                                                       | Type BF Applied Parts                                                                                                                   |
| Degree of protection against ingress of liquids                                                                                   | IP12 and ordinary power supply                                                                                                          |
| Mode of Operation                                                                                                                 | Intermittent Operation: 30 minutes on, 30 minutes off                                                                                   |
| Equipment not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.       |                                                                                                                                         |
| <b>ISO Classification</b>                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| 7314P series only - Electrically powered medical suction equipment for field and transport use according to EN ISO 10079-1 : 2009 |                                                                                                                                         |
| High Flow/High Vacuum                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| 7314D series only - Electrically powered medical suction equipment for non-transport use according to EN ISO 10079-1 : 2009       |                                                                                                                                         |

\* Conditions may vary based on altitude above sea level, barometric pressure, and temperature.

## Manufacturer's Note

Thank you for choosing a DeVilbiss Suction Unit. We want you to be a satisfied customer. If you have any questions or comments, please send them to our address on the back cover.

For Service Call Your Authorized DeVilbiss Healthcare Provider:

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| Phone | Purchase Date | Serial # |
|-------|---------------|----------|

## DEVILBISS GUIDANCE AND MANUFACTURER'S DECLARATION

### WARNING

Medical Electrical Equipment needs special precautions regarding Electromagnetic Compatibility (EMC) and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided in the accompanying documents.

Portable and Mobile RF Communications Equipment can affect Medical Electrical Equipment.

The equipment or system should not be used adjacent to or stacked with other equipment and that if adjacent or stacked use is necessary, the equipment or system should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

**NOTE**– The EMC tables and other guidelines provide information to the customer or user that is essential in determining the suitability of the Equipment or System for the Electromagnetic Environment of use, and in managing the Electromagnetic Environment of use to permit the Equipment or System to perform its intended use without disturbing other Equipment and Systems or non-medical electrical equipment.

| Guidance and Manufacturer's Declaration – Emissions All Equipment and Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of this device should assure that it is used in such an environment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Emissions Test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compliance                                                                                        | Electromagnetic Enforcement – Guidance                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RF Emissions CISPR 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Group 1                                                                                           | This device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RF Emissions CISPR 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Class B Radiated and Conducted Emissions                                                          | This device is suitable for use in all establishments including domestic, and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Harmonics IEC 61000-3-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Class A                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flicker IEC 61000-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Complies                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Immunity Test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IEC 60601 Test Level                                                                              | Compliance Level                                                                                                                                                                                          | Electromagnetic Environment - Guidance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Electrostatic Discharge (ESD) IEC 61000-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±6kV contact<br>±8kV air                                                                          | ±6kV contact<br>±8kV air                                                                                                                                                                                  | Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are synthetic, the relative humidity should be at least 30%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Electrical Fast Transient/burst IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ±2kV on AC Mains                                                                                  | ±2kV on AC Mains                                                                                                                                                                                          | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Surge IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ±1kV Differential<br>±2kV Common                                                                  | ±1kV Differential<br>±2kV Common                                                                                                                                                                          | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >95% Dip for 0.5 Cycle<br>60% Dip for 5 Cycles<br>30% Dip for 25 Cycles<br>>95% Dip for 5 Seconds | >95% Dip for 0.5 Cycle<br>60% Dip for 5 Cycles<br>30% Dip for 25 Cycles<br>>95% Dip for 5 Seconds                                                                                                         | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of this device requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the device be powered from an uninterruptible power supply or battery.                                                                                                                                                |
| Power Frequency 50/60Hz Magnetic Field IEC 61000-4-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3A/m                                                                                              | 3A/m                                                                                                                                                                                                      | Power frequency magnetic fields should be that of a typical location in a typical commercial or hospital environment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conducted RF IEC 61000-4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Vrms from 150 kHz to 80 MHz                                                                     | 3 Vrms                                                                                                                                                                                                    | Portable and mobile RF communications equipment should be separated from the device by no less than the recommended separation distances calculated/listed below:<br>$D=(1.2)\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                     |
| Radiated RF IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz                                                                           | 3V/m                                                                                                                                                                                                      | $D=(1.2)\sqrt{P}$ 80 to 800 MHz<br>$D=(2.3)\sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz<br>Where P is the maximum power rating in watts and D is the recommended separation distance in meters.<br>Field strengths from fixed transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance levels (3 Vrms and 3V/m).<br>Interference may occur in the vicinity of equipment containing a transmitter. |
| For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance D in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.<br>Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.<br>Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people. |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Recommended Separation Distances Between Portable and Mobile RF Communications Equipment and this device. This device and system are NOT Life-Supporting

This device is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated disturbances are controlled. The customer or user of this device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF Communications Equipment and the device as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

| Maximum Output Power (Watts) | Recommended Separation Distances for the device (meters) |                                   |                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                              | 150 kHz to 80 MHz<br>$D=(1.2)\sqrt{P}$                   | 80 to 800MHz<br>$D=(1.2)\sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.5 GHz<br>$D=(2.3)\sqrt{P}$ |
| 0.01                         | 0.12                                                     | 0.12                              | 0.23                                    |
| 0.1                          | 0.38                                                     | 0.38                              | 0.73                                    |
| 1                            | 1.2                                                      | 1.2                               | 2.3                                     |
| 10                           | 3.8                                                      | 3.8                               | 7.3                                     |
| 100                          | 12                                                       | 12                                | 23                                      |

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance D in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people.



## INDICE

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Simbolos IEC.....                                                             | ES - 12 |
| Avisos de Precaucion Importantes.....                                         | ES - 12 |
| Viajes Internacionales .....                                                  | ES - 13 |
| Introducción.....                                                             | ES - 13 |
| Accesorios/Piezas de Repuesto.....                                            | ES - 13 |
| Partes Importantes de su Unidad de Succión de la Serie 7314 de DeVilbiss..... | ES - 14 |
| Preparación y Operación.....                                                  | ES - 15 |
| Carga de Baterías y Mantenimiento del Filtro.....                             | ES - 16 |
| Instrucciones de Limpieza.....                                                | ES - 17 |
| Guía de Detección y Solución de Problemas .....                               | ES - 19 |
| Notas del proveedor.....                                                      | ES - 19 |
| Especificaciones/Clasificaciones.....                                         | ES - 20 |
| Declaración del fabricante y guía de uso de DeVilbiss.....                    | ES - 20 |

## SIMBOLOS IEC

|             |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Atención, consulte la guía de instrucciones                                                                                                                                                           |  | Indicador de polaridad positiva central                                                                                                                       |  | Carga de Baterías                                                                                                                               |
|             | Consulte las instrucciones de uso                                                                                                                                                                     |  | Equipo tipo BF                                                                                                                                                |  | Batería Baja                                                                                                                                    |
|             | Fecha de Fabricación                                                                                                                                                                                  |  | Compresor encendido ("On")                                                                                                                                    |  | Mantener seco                                                                                                                                   |
|             | Fabricante                                                                                                                                                                                            |  | Compresor apagado ("Off") (batería externa cargándose)                                                                                                        |  | No mojar                                                                                                                                        |
|             | Corriente continua                                                                                                                                                                                    |  | Alimentación Externa                                                                                                                                          |  | La ley federal (de los EE. UU.) restringe la venta de este aparato, el cual solo puede ser vendido por un médico o con la prescripción de este. |
|             | Corriente alterna                                                                                                                                                                                     |  | Peligro de asfixia: las piezas pequeñas no son aptas para niños menores de 3 años ni para personas con tendencia a meterse en la boca objetos no comestibles. |  |                                                                                                                                                 |
| <b>IP12</b> | Protección contra objetos sólidos extraños de $\geq 50$ mm Y las gotas de agua que caigan verticalmente cuando la carcasa se incline hasta 15°                                                        |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |
|             | Este dispositivo contiene componentes eléctricos y/o electrónicos que se deben reciclar conforme a la directiva de la EU 2012/19/EU relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |

## AVISOS DE PRECAUCION IMPORTANTES

Cuando se usen aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato. La información importante se señala con estos términos:

**PELIGRO**– Información de seguridad urgente para situaciones peligrosas que ocasionarán lesiones serias o incluso la muerte.

**ADVERTENCIA**– Información de seguridad importante para situaciones peligrosas que podrían ocasionar lesiones serias.

**PRECAUCION**– Información para evitar el daño al aparato.

**NOTA**– Información a la que debe prestar atención especial.

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### PELIGRO

Para reducir el riesgo de electrocución:

1. No lo use cuando esté tomando un baño.
2. No coloque ni guarde el aparato donde se pueda caer o tirar en la bañera o en el lavabo.
3. No lo coloque ni lo tire al agua ni en otro líquido.
4. No trate de tomar el aparato una vez que ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio y lesiones personales:

1. Es necesaria una supervisión cercana cuando se use este producto con o cerca de niños o personas con discapacidades físicas.
2. Utilice este aparato sólo para el fin que se describe en esta guía.
3. Mantenga el cordón lejos de las superficies calientes.
4. Nunca lo utilice cuando esté somnoliento o dormido.
5. No cubra la unidad ni el adaptador de CA a CC mientras se le esté aplicando alimentación.
6. Nunca opere este aparato si.
  - a. Tiene dañado el cordón o la clavija de enchufe.
  - b. No funciona apropiadamente.
  - c. Se ha caído o dañado.
  - d. Se ha caído al agua.

Retorne el aparato al centro de servicio autorizado DeVilbiss Healthcare para que lo examinen y reparen.

## VIAJES INTERNACIONALES

La serie 7314 está equipada con un adaptador de CA a CC que permite operación a cualquier voltaje de CA (100-240V de CA, 50/60 Hz). Sin embargo debe usarse el cordón eléctrico apropiado para conectarse al tomacorriente adaptable de pared.

**NOTA**– Verifique la adaptabilidad del cordón eléctrico antes de usar.

## INTRODUCCION

La Unidad de succión DeVilbiss es un dispositivo médico de succión compacto, portátil y de gran fiabilidad. Siga los procedimientos recomendados de mantenimiento y uso de esta guía de instrucciones para maximizar la vida útil de este producto.

### Uso para el que está destinado

El dispositivo se debe usar para eliminar fluidos del sistema respiratorio y para eliminar materias infecciosas de heridas. El dispositivo crea una presión negativa (vacío) que extrae los fluidos a través de unos tubos desechables que están conectados al contenedor de recolección. Los fluidos quedan atrapados en el contenedor de recolección para una eliminación adecuada. Se debe usar sólo bajo orden de un médico.

### Contraindicaciones

La unidad Vacu-Aide QSU no se debe utilizar para:

- drenaje torácico
- succión nasogástrica

### PELIGRO

**La unidad de succión de DeVilbiss es un aparato de succión de vacío diseñado para recolectar fluidos no inflamables en aplicaciones médicas solamente. El uso inapropiado durante las aplicaciones médicas puede causar lesiones o incluso la muerte. Para todas las aplicaciones médicas:**

1. Toda succión debe hacerse en apego estricto a los procedimientos apropiados que han sido establecidos por una autoridad médica reconocida.
2. Algunos dispositivos o accesorios pueden no ser del tamaño del conducto provisto. Todos los dispositivos o accesorios deben revisarse antes de usar para asegurar que se ajustan bien.

## ACCESORIOS/PIEZAS DE REPUESTO

Los artículos siguientes pueden comprarse por separado como accesorios o piezas de repuesto para su Unidad de Succión de la Serie 7314 de DeVilbiss:

| Descripción                                                                                                                                                   | Nº de ref. | Descripción                                                                                                  | Nº de ref. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tubo de 6 pies                                                                                                                                                | 6305D-611  | Protección para salpicaduras (paquete de 12) para recipiente descartable con cartucho de filtro interno      | 7305D-641  |
| Recipiente descartable de 800 ml (solamente recipiente y tapa) para utilizar con un filtro antibacteriano externo (paquete de 48)                             | 7305D-602  | Estuche portátil                                                                                             | 7314D-606  |
| Kit de recipiente de recolección (recipiente descartable de 800 ml, filtro antibacteriano externo, codo, tubos de 8,5 cm [3- 3/8 in] y 1,8 m [6 pies])        | 7305D-603  | Cordón de corriente CC de 12V (paquete de 1)                                                                 | 7304D-619  |
| Kit de recipiente de recolección (cartucho de filtro interno, protección para salpicaduras, recipiente de 800 ml, tubos de 11 cm [4-3/8 in] y 1,8 m [6 pies]) | 7305D-633  | Adaptador/cargador de CA a CC (la información del fabricante se encuentra en la sección de especificaciones) | 7314P-613  |
| Recipiente descartable de 800 ml con cartucho de filtro interno, protección para salpicaduras y tubos de 11 cm (4-3/8 in) (48 cada uno)                       | 7305D-632  | Cordón eléctrico para EE.UU.                                                                                 | DV51D-606  |
| Cartucho de filtro (paquete de 12) (para recipiente descartable con filtro interno)                                                                           | 7305D-635  | Cordón eléctrico para Europa Continental                                                                     | DV51D-607  |
| Kit de recipiente de recolección (recipiente reutilizable de 1200 ml, filtro antibacteriano externo, codo, tubos de 11 cm [4-3/8 in])                         | 7314D-603  | Cordón eléctrico para UK                                                                                     | DV51D-608  |
| Recipiente reutilizable de 1200 ml (filtro antibacteriano externo, codo, tubos de 11 cm [4-3/8 in]) (paquete de 6)                                            | 7314D-604  | Cordón eléctrico para Australia                                                                              | DV51D-609  |
| Filtro antibacteriano externo (no esterilizado) (paquete de 12) para recipiente descartable.                                                                  | 7305D-608  | Cordón eléctrico para Japan                                                                                  | DV51D-613  |

**NOTA**– Si se utilizan accesorios o cables eléctricos distintos a los especificados en este manual o en los documentos de referencia, podrían aumentar las emisiones electromagnéticas del producto o disminuir su inmunidad electromagnética.

## PARTES IMPORTANTES

### Unidad de succión de la serie 7314 de DeVilbiss Vacu-Aide QSU

#### con recipiente descartable y cartucho de filtro interno


1. Manómetro de vacío
2. Perilla del regulador de vacío
3. Tubo para el paciente de 6 pies (183 cm)
4. Conector del tubo para el paciente
5. Contenedor desechable con tapa (apagado flotante incorporado en la tapa) y cartucho de filtro
6. Cartucho de filtro con tubo de 4 3/8"
7. Entrada de corriente CC (al costado)
8. Interruptor de corriente
9. Luces de alimentación LED

Adaptador de CA a CC (no se muestra)

Cable de CC (no se muestra) opcional

Batería interna recargable (no se muestra) solo la serie 7314P

Estuche portátil (no se muestra) solo la serie 7314



#### con recipiente descartable y filtro antibacteriano externo


1. Manómetro de vacío
2. Perilla del regulador de vacío
3. Tubo de conexión 3 3/8 pulgadas (8,5 cm)
4. Tubo para el paciente de 6 pies (183 cm)
5. Conector del tubo para el paciente
6. Contenedor desechable con tapa (apagado flotante incorporado en la tapa)
7. Entrada de corriente CC (al costado)
8. Interruptor de corriente
9. Luces de alimentación LED
10. Filtro antibacteriano externo

Adaptador de CA a CC (no se muestra)

Cable de CC (no se muestra) opcional

Batería interna recargable (no se muestra) solo la serie 7314P

Estuche portátil (no se muestra) solo la serie 7314



#### con recipiente reutilizable y filtro antibacteriano externo


1. Manómetro de vacío
2. Perilla del regulador de vacío
3. Tubo de conexión 4 3/8 pulgadas (11,1 cm)
4. Filtro antibacteriano externo
5. Conector del tubo para el paciente
6. Tubo para el paciente de 6 pies (183 cm)
7. Tapa
8. Entrada de corriente CC (al costado)
9. Interruptor de corriente
10. Luces de alimentación LED

Adaptador de CA a CC (no se muestra)

Cable de CC (no se muestra) opcional

Batería interna recargable (no se muestra) solo la serie 7314P

Estuche portátil (no se muestra) solo la serie 7314



#### Recipiente descartable con cartucho de filtro interno y protección para salpicaduras

1. Tubo de conexión 4 3/8 pulgadas (11,1 cm)
2. Cartucho de filtro (No mojar)
3. Tapa
4. Tarro
5. Protección para salpicaduras
6. Conector del tubo para el paciente



#### Recipiente descartable con filtro antibacteriano externo

1. Tubo de conexión 3 3/8 pulgadas (8,5 cm)
2. Conector del tubo para el paciente
3. Tapa
4. Tarro
5. Codo de conexión
6. Filtro antibacteriano




#### Recipiente reutilizable con filtro antibacteriano externo


1. Tubo de conexión 4 3/8 pulgadas (11,1 cm)
2. Tapa con junta tórica
3. Válvula de control de flujo
4. Tarro
5. Conector del tubo para el paciente
6. Codo de conexión
7. Filtro antibacteriano



## PREPARACIÓN Y OPERACIÓN



Cargar batería completamente durante **17 horas**. (solo la serie 7314P)




Si corresponde, asegúrese de que la protección para salpicaduras se encuentre bien colocada dentro de la tapa y sobre el cartucho de filtro.




Coloque correctamente la tapa en el contenedor.



Coloque el recipiente en el soporte y empujelo con cuidado hasta que se ajuste en su sitio. **NOTA:** No ejerza demasiada presión. Empujar el recipiente con demasiada fuerza podría provocar fugas o pérdidas de la succión.




**Recipiente descartable con conexión de cartucho de filtro interno:** Coloque los tubos de 11 cm (4-3/8 in) del cartucho de filtro en el conector del tubo de la unidad.



**Recipiente reutilizable con conexión de filtro antibacteriano externo:** Conecte cualquiera de los extremos del tubo de 11 cm (4-3/8 in) al conector del tubo y luego conecte el otro extremo al filtro antibacteriano. Cuando lo instale, asegúrese de que el lado transparente del filtro bacteriano mire hacia el codo y la botella. No invierta la dirección del filtro. A continuación, conecte el filtro bacteriano a la conexión del codo de 90° y conecte el codo a la parte superior de la tapa del depósito donde dice <Vacuum>.



Unir el tubo de 6' del paciente a la tapa del contenedor en el conector de salida etiquetado <Patient> (<Paciente>).



Asegurar que el interruptor de corriente esté apagado (off).

**NOTA**—Inspeccione los tubos de succión y el contenedor en busca de escapes, agujeros, etc., y asegúrese de que todas las conexiones estén bien fijadas y sin escapes antes de comenzar el uso.



**7314P** - Seleccionar la fuente de alimentación deseada. (Si se usa una batería interna, omitanse los pasos 8).




**Serie 7314D** (etiqueta de uso sin batería)


**NOTA**—El modelo de la serie 7314D no viene equipado de fábrica con una batería interna recargable. Los modelos de las series 7314P vienen equipados de fábrica con una batería interna recargable y se aplica toda la información con respecto al funcionamiento de la batería que aparece en esta guía.



Si se usa alimentación de CA o CC, conecte el conector pequeño a la entrada de CC en el lateral de la unidad.



Conecte el otro extremo a una toma de corriente de CA en la pared o a un receptáculo de CC. **NOTA:** El adaptador de CA puede calentarse durante la carga o mientras la unidad esté en funcionamiento. Es algo normal.



Encienda la unidad (on).



Ajuste el nivel de succión



Verifique el nivel de succión. **NOTA:** Verifique siempre el nivel de succión antes de empezar, tapando el extremo abierto del tubo del paciente mientras se observa la medición. Ajuste con la perilla al nivel deseado.

### ADVERTENCIA

Si la unidad no recibe alimentación de una fuente externa o si la batería no se recargó, la luz indicadora de batería baja se mantendrá encendida y el rendimiento de la unidad caerá rápidamente. Cambie a otra fuente de corriente inmediatamente para evitar que se interrumpa el proceso de succión.

**NOTA**— El manómetro sólo se usa como referencia. Si la unidad sufre una caída severa, se debe verificar la precisión del manómetro.

**PRECAUCION**— Cuando se active el apagado flotante automático, el contenido del contenedor de recolección se debería vaciar. Una succión adicional podría hacer daño a la bomba de vacío.


**PRECAUCION**— Si se aspirara el fluido de regreso en la unidad sería necesario que el proveedor del equipo le diera servicio ya que la bomba podría dañarse.



## CARGA DE BATERÍAS Y MANTENIMIENTO DEL FILTRO

### Como Cargar La Bateria (Solo la serie 7314P)


En los modelos de las series 7314P, las unidades vienen equipadas con una batería recargable instalada en la fábrica. La unidad tendrá una luz para indicar si la batería está baja y si se está cargando.




Asegurar que el interruptor de corriente esté apagado (\"off\").




Conecte el conector pequeño del adaptador de CA o CC a la entrada de la fuente de alimentación de CC.



Conecte el otro extremo a una toma de corriente de CA en la pared o a un receptáculo de CC.



Comienza la carga de la batería (son necesarias entre 10 y 17 horas para completar la carga).



Carga de batería completa.

#### Explicaciones de LED:



**Verde**—se ilumina cuando se suministra energía externa desde una fuente de alimentación de CA o de CC.



**Amarillo**— indica que se debe cargar la batería. La luz se apagará cuando la batería esté completamente cargada.



**Rojo**— indica un nivel de batería bajo. Busque otra fuente de alimentación y cargue la batería tan pronto como sea posible cuando se ilumine la luz.

**NOTA**— Cargue la batería durante al menos 17 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

**NOTA**— Recargue la batería por completo después de cada uso. La unidad continuará cargando la batería después de que se apague el indicador de carga, por lo tanto, mantenga la unidad conectada al adaptador de CA cuando no esté en uso.

**PRECAUCION**— El descargar la batería por completo acortará la vida de la misma. No opere la unidad más de pocos minutos si la luz indicadora de batería baja está encendida. Recargue la batería tan pronto como sea posible.

**NOTA**— El ciclo de duración de la batería de la unidad disminuirá con el tiempo.

**NOTA**— El ciclo de duración de la batería de la unidad también disminuirá si la deja descargada durante largos períodos.

**NOTA DE ALMACENAMIENTO**— La batería se debe cargar durante al menos 17 horas antes del almacenamiento, y al menos una vez cada 6 meses. Importante: Si la recarga de la batería se demora más de 6 meses, es posible que la batería pueda volver a brindar un ciclo de duración completo después de realizar 3 ciclos de carga y descarga completa.

**NOTA**— Una batería cargada completamente proporcionará aproximadamente unos 60 minutos de funcionamiento continuo a nivel de vacío cero (flujolibre). El tiempo de funcionamiento disminuirá si se utilizan niveles de vacío superiores.

**NOTA**— Cuando cargue la batería, la luz indicadora de cargado de batería permanecerá encendida. Si su unidad no mantiene una carga, por favor asegúrese que el modelo que está usando tenga una batería instalada antes de regresarla a su proveedor autorizado de DeVilbiss Healthcare o a DeVilbiss. Verifique que la luz de cargado se enciende cuando aplica corriente externa con el interruptor en posición "Off".


**NOTA**— Las unidades equipadas con una batería interna recargable contienen una batería de plomo ácido sellada que se debe reciclar.

**NOTA**— No conecte la fuente de corriente CA a un tomacorriente controlado por un interruptor para asegurar que la corriente se suministra a la unidad en todo momento.

**NOTA**— No conecte el cable eléctrico CD a un tomacorriente que no tenga corriente todo el tiempo.

### Cambio del recipiente descartable (para uso de un solo paciente) con cartucho de filtro interno

Cambie el cartucho de filtro si ocurre desbordamiento o cada dos meses, lo que ocurra primero.



Apague la unidad (\"off\").



Extraiga el cartucho de filtro y el tubo de 4 3/8\"/>



Instale el nuevo cartucho y tubo.


**NOTA**— No sustituya con ningún otro material este filtro bacteriano. La sustitución puede llevar a contaminación o mal funcionamiento; use únicamente los cartuchos de filtro de DeVilbiss.

**NOTA**— El cartucho de filtro contiene un filtro hidrofóbico. Si el material del filtro se humedece, el flujo de aire se verá detenido. En ese caso el cartucho de filtro se debe reemplazar. No extraiga el material de filtro del cartucho de filtro.


**NOTA**— Los cartuchos de filtros se incluyen en cada contenedor desechable. También están disponibles por separado (7305D-635 12/paquete).

### Cambio del recipiente reutilizable o del recipiente descartable (para uso de un solo paciente) con filtro externo antibacteriano

Cambie el filtro bacteriano si ocurre desbordamiento o cada dos meses, lo que ocurra primero.



Turn unit (\"off\").



Quite el filtro desconectándolo del ensamblaje de la unidad de succión y la tapa.



Coloque un filtro bacteriano (no estéril) limpio de DeVilbiss (7305D-608, paquete de 12) y vuelva a colocar la unidad de succión y la tapa. Asegúrese que el lado claro del filtro bacteriano apunte hacia el codo y la botella cuando lo instale / reinstale. Puede comprar filtros adicionales de su proveedor autorizado de DeVilbiss Healthcare.

**NOTA**— No sustituya con ningún otro material este filtro bacteriano. La sustitución puede hacer que la unidad se contamine o funcione deficientemente; utilice únicamente los filtros DeVilbiss.

**NOTA**— El filtro antibacteriano debe sustituirse entre pacientes.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

### Depósito de recolección desechable

#### ADVERTENCIA

Para evitar un posible riesgo de infección por contaminación de la solución de limpieza, prepare una solución nueva en cada limpieza/desinfección y deséchela después de usarla.


**NOTA**– La información sobre desinfección está basada en la obra “AARC Clinical Practice Guideline Suctioning of the Patient in the Home”.

### Recipiente descartable de recolección (con cartucho de filtro interno)


**NOTA**– El contenedor de recolección desechable de 800 ml y la tapa son para uso de un único paciente.



1 Apague la unidad (‘‘off’’) y permita que el vacío caiga.



2 Desconecte de la fuente de alimentación.



3 Desconecte los tubos y extraiga el contenedor del recipiente.



4 Extraiga con cuidado la tapa y vacíe el contenido. **NOTA:** La botella recolectora debe vaciarse y limpiarse después de cada uso.



5A Extraiga el cartucho de filtro y el tubo de 4 3/8" y déjelos a un lado.



5B El filtro NO SE DEBE mojar. El material del filtro no se puede eliminar del codo.




6 Limpie el recipiente, la tapa y la protección para salpicaduras con agua tibia y detergente para lavavajillas. Enjuáguelos con agua limpia y tibia.



7 Sumérjalo durante 60 minutos en una solución formada por una parte de vinagre (concentración de ácido acético  $\geq 5\%$ ) y tres partes de agua (55 °C-65 °C). Enjuáguelo con agua limpia y tibia y déjelo secar al aire.

**ADVERTENCIA:** No retire la bola flotante del tapa. Si la retira, la bola podría ahogar al paciente.




**NOTA**– el contenedor desmontado también se puede lavar en un lavavajillas, en la cesta superior, utilizando un ciclo con la temperatura del agua entre 55 °C-65 °C.


### Recipiente descartable de recolección (con de filtro antibacteriano externo)

**NOTA**– El recipiente descartable de recolección y la tapa son para uso exclusivo de un solo paciente.


**NOTA**– El recipiente desarmado también se puede limpiar en el lavavajillas, únicamente en la cesta superior, usando un ciclo con temperatura de agua que oscile entre los 55 °C y los 65 °C (131 °F y 149 °F).



1 Apague la unidad (‘‘off’’) y permita que el vacío caiga.



2 Desconecte de la fuente de alimentación.



3 Desconecte los tubos y extraiga el contenedor del recipiente.



4 Extraiga con cuidado la tapa y vacíe el contenido. **NOTA:** La botella recolectora debe vaciarse y limpiarse después de cada uso.




5 Extraiga el filtro antibacteriano, el tubo de 3 3/8" y el codo de conexión y déjelos a un lado. Retire la junta tórica y la válvula de control de flujo de la tapa.




6 Lave el contenedor y la tapa con lavavajillas y agua tibia. Enjuague con agua limpia y tibia.


## Recipiente reutilizable de recolección (con de filtro antibacteriano externo)



1 Apague la unidad ⏻ ("off") y permita que el vacío caiga.



2 Desconecte de la fuente de alimentación.



3 Desconecte los tubos y extraiga el contenedor del recipiente.



4 Extraiga con cuidado la tapa y vacíe el contenido. **NOTA:** La botella recolectora debe vaciarse y limpiarse después de cada uso.



5 Extraiga el filtro antibacteriano, el tubo de 4 1/2" y el codo de conexión y déjelos a un lado. Retire la junta tórica y la válvula de control de flujo de la tapa.



6 Lave el tarro, la tapa, la junta tórica y la válvula de control de flujo con una solución de agua caliente y detergente líquido suave (por ejemplo, Dawn o Palmolive) y aclárelos con agua caliente del grifo. Tras lavar las piezas, desinfectelas usando uno de los siguientes métodos.

### Para uso de un único paciente:

1. Sumérjalo durante 60 minutos en una solución formada por una parte de vinagre (concentración de ácido acético  $\geq 5\%$ ) y tres partes de agua (55 °C-65 °C). Enjuáguelo con agua limpia y tibia y déjelo secar en un entorno limpio.
2. Sumérjalo en un desinfectante comercial (bactericida-germicida). Seguir con atención las instrucciones y las proporciones de dilución recomendadas por el fabricante del desinfectante.

### Para uso de varios pacientes:

1. Una vez que se hayan secado las piezas, coloque el tarro y la tapa en la autoclave con la abertura hacia abajo. Asegúrese de que las piezas no se tocan. Ejecute un ciclo de vapor de esterilización a 121°C (250°F) durante 15 minutos. **NOTA**—en las condiciones indicadas, se garantiza que el tarro tendrá hasta 30 ciclos de esterilización con autoclave.
2. Deseche y sustituya el filtro, el tubo y el codo entre un paciente y otro.

## Tubo de 1,8 m (6 pies) del paciente (para uso de un solo paciente)




1 Desconectar de la tapa.



2 Enjuague a fondo haciéndole pasar agua tibia del grifo.




3 A continuación, sumérjalo durante 60 minutos en una solución formada por una parte de vinagre ( $\geq 5\%$  concentración de ácido acético) y tres partes de agua (55 °C-65 °C). Enjuáguelo con agua limpia y tibia y déjelo secar al aire.




4 Limpie la superficie externa con un paño limpio y ligeramente húmedo.

## Adaptador CA-CC



1 Desconecte el adaptador CA-CC de la unidad y de la toma de corriente.



2 Limpie los cables y la carcasa del adaptador CA-CC con un paño seco.


## Unidad de Succión (para uso de un solo paciente)

**PRECAUCION**— No sumerja en agua ya que esto dañaría la bomba de vacío.

**NOTA**—No utilice limpiadores o desinfectantes que contengan amoníaco, bencina o acetona para limpiar la unidad.



1 Apague la unidad ⏻ ("off") y permita que el vacío caiga.




2 Desconecte de la fuente de alimentación.



3 Limpie el recipiente con un paño limpio y cualquier desinfectante (germicida-bacteriano) comercial.

## Estuche Portátil (para uso de un solo paciente)



1 Limpiar con un paño limpio, humedecido ligeramente con detergente o desinfectante.



Unidad de Succión (para uso de varios pacientes)

Limpieza y desinfección de la unidad cuando se realiza un cambio de un paciente a otro

Cuando ya se han utilizado dispositivos médicos con un paciente, se debe suponer que existe contaminación con gérmenes patógenos (a menos que se pruebe lo contrario) y se debe proteger al próximo paciente, usuario o tercero a través de una manipulación y una preparación adecuadas. Por lo tanto, cuando ocurra un cambio de pacientes se debe proteger a las personas durante el traslado y la manipulación del dispositivo, y la unidad debe someterse a un proceso completo de limpieza y desinfección, realizado por personal capacitado, antes de volver a utilizarlo con el fin de proteger al próximo paciente. El proceso completo debe ser realizado exclusivamente por el fabricante, un técnico de mantenimiento o un proveedor de DeVilbiss capacitado.

NOTA – Si la unidad se utiliza conforme a las instrucciones en condiciones normales, el interior de la unidad está protegido contra la exposición a agentes patógenos por el filtro en línea del recipiente de recolección, por lo tanto, no es necesario realizar una desinfección de los componentes internos.

NOTA – Si la unidad se utiliza sin un filtro en línea, el interior de la unidad queda expuesto a agentes patógenos y la unidad no puede desinfectarse.

NOTA – Si el siguiente proceso para la unidad no puede ser realizado por un técnico o un proveedor de DeVilbiss calificado, la unidad no debe ser utilizada por otro paciente.

DeVilbiss Healthcare recomienda que al menos el siguiente procedimiento sea realizado por el fabricante o un tercero calificado entre los usos por diferentes pacientes.

- 1. Deseche todos los accesorios que no sean aptos para volver a utilizar, en especial el recipiente de recolección, el filtro, el tubo y el estuche para transporte.
- 2. Con el interruptor de corriente en la posición "Apagado", desconecte la unidad de succión de DeVilbiss de todas las fuentes de alimentación externas.
- 3. Inspeccione visualmente la unidad en busca de daños, piezas perdidas, etc.
- 4. Limpie la cubierta con un paño limpio y un desinfectante comercial (antibacteriano-germicida) que cumpla con los requisitos que se enumeran en la NOTA a continuación. Utilice el desinfectante conforme a las instrucciones y los índices de dilución recomendados por el fabricante.

PRECAUCIÓN – No sumergir en agua, hacer esto dañará la bomba de vacío.

NOTA – No utilizar limpiadores ni desinfectantes que contengan amoníaco, bencina o acetona para limpiar la unidad.

GUÍA DE DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PELIGRO

Riesgo de descargas eléctricas. No trate de abrir ni quitar la cubierta, no tiene componentes que requieran servicio por parte del usuario. Si se requiere servicio, regrese la unidad a un proveedor calificado DeVilbiss Healthcare o a un centro de servicio autorizado. El abrir o alterar la unidad invalidará la garantía.

NOTA– Su Unidad de Succión de DeVilbiss no tiene componentes que requieran servicio por parte del usuario. Si cree que su unidad no está funcionando apropiadamente, ANTES DE REGRESARLA AL PROVEEDOR DEL EQUIPO MEDICO PARA EL HOGAR DONDE LA COMPRO O A DEVILBISS HEALTHCARE, por favor sírvase tomar un momento para revisar estas posibles causas:

| PROBLEMA                                                                                                                                         | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La unidad no se enciende aunque sí hay alimentación externa conectada. La luz verde de alimentación externa no se ilumina.                       | 1. Compruebe las fuentes de alimentación y las conexiones.<br>2. Asegúrese de que la toma de corriente funciona conectando una lámpara para comprobarlo.                                                                                                                                                                                                                   |
| La bomba funciona, pero no hay succión.                                                                                                          | 1. Revise que todos los conductos estén conectados apropiadamente.<br>2. Revise que las conexiones de los conductos no tengan fugas ni estén dobladas.<br>3. Asegúrese de que el apagado flotante en el contenedor de recolección no esté activado o que el cartucho de filtro no esté ocluido.<br>4. Busque escapes o agujeros en la junta del contenedor de recolección. |
| Succión baja.                                                                                                                                    | 1. Use la perilla reguladora de vacío para aumentar el nivel de succión.<br>2. Revise que el sistema no tenga fugas.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La unidad no se enciende (no hay alimentación externa conectada). solo la serie 7314P                                                            | 1. Compruebe que la batería esté completamente cargada y/o cargue la batería.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La batería no se carga (las luces indicadoras de alimentación externa y carga deberían estar iluminadas en el modo de carga) solo la serie 7314P | 1. Compruebe que tanto la luz indicadora de alimentación externa como la de carga emiten luz.<br>2. Compruebe las fuentes de alimentación y las conexiones.<br>3. Asegúrese de que la toma de corriente funciona conectando una lámpara para comprobarlo.                                                                                                                  |

NOTAS DEL PROVEEDOR

El dispositivo no necesita ningún servicio de mantenimiento ni calibración rutinario siempre que se utilice de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Si se cambia de paciente, el dispositivo se debe reacondicionar para proteger al usuario. El reacondicionamiento solo debe llevarlo a cabo el fabricante o el proveedor de servicios. Entre un paciente y otro:

- 1. Inspeccione visualmente la unidad para detectar si se ha producido algún daño, si faltan piezas, etc.
- 2. Asegúrese de que la unidad y los accesorios estén limpios.
- 3. Con un manómetro independiente, compruebe que la unidad proporcione el nivel de vacío adecuado según lo establecido en las especificaciones.
- 4. Deseche y sustituya el contenedor de recolección, el filtro y los tubos.
- 5. Limpie la superficie utilizando un paño limpio humedecido con desinfectante.



ESPECIFICACIONES/CLASIFICACIONES

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño (incluido contenedor)                                                                                                                                   | 8,3 H x 8,0 A x 8,5 P (21,1 cm x 20,3 cm x 21,6 cm) (no incluye adaptador de CA a CC)                                                                                                                                   |
| Peso (incluido contenedor)                                                                                                                                     | serie 7314P - 6,6 lb. (3 kg) (no incluye adaptador de CA a CC)<br>serie 7314D - 4,3 lb. (2 kg)                                                                                                                          |
| Nivel de sonido típico durante el funcionamiento                                                                                                               | 55 dBA                                                                                                                                                                                                                  |
| Requerimientos Eléctricos                                                                                                                                      | 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A máx.  ; 12V CC;  33 W máx |
| Rango de Vacío                                                                                                                                                 | 50 a 550 mm Hg +/- 10%*                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo de Aire @ entrada de la bomba                                                                                                                            | 27 LPM (flujo libre) típico (puede ser menor cuando se opera con la batería interna)*                                                                                                                                   |
| Capacidad del depósito de recolección desechable                                                                                                               | 800 ml (cc), descartable (con 2 opciones de filtro)                                                                                                                                                                     |
| Capacidad del contenedor de recolección reutilizable                                                                                                           | 1200 ml (cc)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Garantía</b>                                                                                                                                                | Limitado a dos años, excluida la batería interna (solo la serie 7314P) y el contenedor de recolección                                                                                                                   |
| Batería Interna (Solo la serie 7314P)                                                                                                                          | 90 días                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aprobaciones</b>                                                                                                                                            | IEC 60101-1-2; CSA-C22.2 # 601.1; UL 60601-1; EN 60601-1-2; ISO 10079-1; IEC 60601-1; IEC 60529 IP12; IEC 60601-1-6; CENELEC EN 60601-1                                                                                 |
| Información del fabricante del adaptador                                                                                                                       | Emerson modelo AD5012N2LM, sistema eléctrico Autec modelo DTM36-12 o SL Power/Ault modelo MENB1040A1240N02                                                                                                              |
| <b>Condiciones Ambientales</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Rango de Temperatura de Operación                                                                                                                              | 32°F (0°C) - 104° F (40° C)                                                                                                                                                                                             |
| Humedad Relativa de Operación                                                                                                                                  | 0-95%                                                                                                                                                                                                                   |
| Presión Atmosférica de Operación                                                                                                                               | 10.2 psi (70 kPa) - 15.4 psi (106 kPa)                                                                                                                                                                                  |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento y Transporte                                                                                                            | -40°F (-40°C) - 158°F (70° C)                                                                                                                                                                                           |
| Humedad Relativa de Almacenamiento y Transporte                                                                                                                | 0-95%                                                                                                                                                                                                                   |
| Presión Atmosférica de Almacenamiento y Transporte                                                                                                             | 7.3 psi (50 kPa) - 15.4 psi (106 kPa)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Clasificación del Equipo</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Con respecto a la protección contra descargas eléctricas                                                                                                       | Clase II y con corriente interna                                                                                                                                                                                        |
| Grado de protección contra descargas eléctricas                                                                                                                | Equipo Tipo BF                                                                                                                                                                                                          |
| Grado de protección contra el ingreso de líquidos                                                                                                              | IP12 y suministro de corriente ordinario                                                                                                                                                                                |
| Modo de Operación                                                                                                                                              | Operación Intermitente: 30 minutos encendida, 30 minutos apagada                                                                                                                                                        |
| El equipo no es adecuado para usarse en presencia de mezclas de anestésicos inflamables y aire u óxido nitrosos                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Clasificación ISO</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| Solo la serie 7314P - Equipo de succión médica con alimentación eléctrica para uso de campo y en transporte, de acuerdo con la normativa EN ISO 10079-1 : 2009 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Alto Flujo / Alto Vacío                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| Solo la serie 7314D - Equipo médico de succión alimentado por electricidad no transportable según la norma EN ISO 10079-1: 2009                                |                                                                                                                                                                                                                         |

\* Las condiciones pueden variar con la altitud por encima del nivel del mar y con cambios en la presión barométrica y en la temperatura

Nota Del Fabricante

Le agradecemos su preferencia por la Unidad de Succión de DeVilbiss. Deseamos que quede satisfecho. Si tiene alguna pregunta o comentario que hacernos, por favor sírvase enviarlos a nuestra dirección que aparece al reverso.  
Para solicitar Servicio, Llame a su Proveedor Autorizado de DeVilbiss Healthcare:

|          |                 |              |
|----------|-----------------|--------------|
| Teléfono | Fecha de compra | No. de serie |
|----------|-----------------|--------------|

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE Y GUÍA DE USO DE DEVILBISS

ADVERTENCIA

Este equipo eléctrico médico exige el cumplimiento de unas medidas de precaución especiales de compatibilidad electromagnética, y se debe instalar y reparar según la información de compatibilidad electromagnética especificada en los documentos anexos.  
Los equipos de comunicación de radiofrecuencia móviles y portátiles pueden afectar a los equipos eléctricos médicos.  
Este equipo o sistema no se debe utilizar junto o sobre otros equipos y, si fuera necesario hacerlo, se deberá observar para comprobar que funciona con normalidad en la configuración con la que se esté utilizando.  
**NOTA**—Tanto las tablas de compatibilidad electromagnética como el resto de instrucciones proporcionan una información esencial al cliente o usuario que permitirá determinar la idoneidad del equipo o sistema en el entorno electromagnético actual y adaptar este entorno electromagnético para permitir al equipo o sistema realizar la función a la que está destinado sin alterar el funcionamiento de otros equipos y sistemas o de otros equipos eléctricos no médicos.

| Declaración del fabricante y guía de uso: emisiones de todos los equipos y sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este dispositivo se ha diseñado para su uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación. Antes de utilizar el dispositivo, el cliente o usuario debe comprobar que el entorno sea adecuado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prueba de emisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cumplimiento                                                                                                                            | Cumplimiento electromagnético - Guía de uso                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emisiones RF CISPR 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grupo 1                                                                                                                                 | Este dispositivo utiliza energía de radiofrecuencia sólo para su funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es probable que cause interferencias en los equipos electrónicos próximos.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emisiones RF CISPR 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Clase B                                                                                                                                 | Este dispositivo es apto para su uso en todo tipo de emplazamientos, incluidas viviendas particulares y otros emplazamientos conectados directamente con la red de suministro eléctrico de bajo voltaje utilizada con fines domésticos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Harmónicos IEC 61000-3-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clase A                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parpadeo IEC 61000-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cumple                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prueba de inmunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de prueba IEC 60601                                                                                                               | Nivel de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                   | Entorno electromagnético - Guía de uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descarga electrostática IEC 61000-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ±6kV contacto<br>±8kV aire                                                                                                              | ±6kV contacto<br>±8kV aire                                                                                                                                                                                                              | El suelo debe ser de madera, cemento o azulejos. Si el suelo es sintético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ±2kV en CC                                                                                                                              | ±2kV en CC                                                                                                                                                                                                                              | La calidad de la red eléctrica debe ser la típica de un entorno hospitalario o comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sobretensión IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ±1kV diferencial<br>±2kV común                                                                                                          | ±1kV diferencial<br>±2kV común                                                                                                                                                                                                          | La calidad de la red eléctrica debe ser la típica de un entorno hospitalario o comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caídas de voltaje, breves interrupciones y variaciones de voltaje en líneas de alimentación eléctrica IEC 61000-4-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >95% de caída durante 0,5 ciclos<br>60% de caída durante 5 ciclos<br>30% de caída durante 25 ciclos<br>>95% de caída durante 5 segundos | >95% de caída durante 0,5 ciclos<br>60% de caída durante 5 ciclos<br>30% de caída durante 25 ciclos<br>>95% de caída durante 5 segundos                                                                                                 | La calidad de la red eléctrica debe ser la habitual de un entorno hospitalario o comercial. Si el usuario de este dispositivo requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda conectar el dispositivo a una batería o una fuente de alimentación continua.                                                                                                                                                                                |
| Campo magnético de 50/60 Hz de frecuencia eléctrica IEC 61000-4-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3A/m                                                                                                                                    | 3A/m                                                                                                                                                                                                                                    | Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben ser los habituales de un entorno hospitalario o comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RF conducida IEC 61000-4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Vrms desde 150 kHz hasta 80 MHz                                                                                                       | 3 Vrms                                                                                                                                                                                                                                  | Los equipos de comunicación de radiofrecuencia móviles y portátiles deben mantenerse alejados del dispositivo a una distancia no inferior a las distancias recomendadas en la siguiente lista:<br>$D=(1,2)\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF radiada IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 V/m<br>Entre 80 MHz y 2,5 GHz                                                                                                         | 3V/m                                                                                                                                                                                                                                    | $D=(1,2)\sqrt{P}$ Entre 80 y 800 MHz<br>$D=(2,3)\sqrt{P}$ Entre 800 MHz y 2,5 GHz<br><br>Donde P es la potencia de salida máxima en vatios y D la distancia de separación recomendada en metros.<br>Las fuerzas de los campos de los transmisores fijos, como se determina en un estudio de características electromagnéticas, no debe ser inferior a los niveles de cumplimiento (3 Vrms y 3V/m).<br>Se pueden producir interferencias en la proximidad de equipos que contengan un transmisor. |
| Para los transmisores con una potencia de salida máxima no incluidos anteriormente, la distancia de separación recomendada (D) en metros (m) se puede estimar mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor.<br>Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para los intervalos de frecuencia más elevados.<br>Nota 2: es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación de radiofrecuencia móviles y portátiles y este dispositivo. Este dispositivo y su sistema NO están destinados a su uso como aplicaciones de soporte vital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Este dispositivo está destinado a su uso en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones radiadas estén controladas. Para evitar las interferencias electromagnéticas, el cliente o el usuario de este dispositivo pueden mantener una distancia mínima entre equipos de comunicación de radiofrecuencia móviles y portátiles y el dispositivo según las siguientes recomendaciones, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicación.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potencia de salida máxima (vatios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Distancias de separación recomendadas para el dispositivo (metros)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entre 150 kHz y 80 MHz<br>$D=(1,2)\sqrt{P}$                                                                                             | Entre 80 y 800 MHz<br>$D=(1,2)\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                 | Entre 800 MHz y 2,5 GHz<br>$D=(2,3)\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,12                                                                                                                                    | 0,12                                                                                                                                                                                                                                    | 0,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,38                                                                                                                                    | 0,38                                                                                                                                                                                                                                    | 0,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,2                                                                                                                                     | 1,2                                                                                                                                                                                                                                     | 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,8                                                                                                                                     | 3,8                                                                                                                                                                                                                                     | 7,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                      | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Para los transmisores con una potencia de salida máxima no incluidos anteriormente, la distancia de separación recomendada (D) en metros (m) se puede estimar mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor.<br>Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para los intervalos de frecuencia más elevados.<br>Nota 2: es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Symboles CEI.....                                                    | FR - 22 |
| Consignes de sécurité importantes.....                               | FR - 22 |
| Voyage à l'Étranger.....                                             | FR - 23 |
| Introduction.....                                                    | FR - 23 |
| Accessoires/Pièces de Rechange.....                                  | FR - 23 |
| Pièces Importantes de l'Unité d'Aspiration Série 7314 DeVilbiss..... | FR - 24 |
| Configuration et fonctionnement.....                                 | FR - 25 |
| Charge de la batterie et entretien du filtre.....                    | FR - 26 |
| Instructions de Nettoyage.....                                       | FR - 27 |
| Dépannage.....                                                       | FR - 29 |
| Notes destinées au prestataire.....                                  | FR - 29 |
| Spécifications/Classifications.....                                  | FR - 30 |
| Recommandations et déclaration du fabricant pour DeVilbiss.....      | FR - 30 |

## SYMBOLES CEI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Attention, consulter le guide d'instructions                                                                                                                                                           |  | Voyant de polarité positive de centre                                                                                                                                                      |  | Charge de la batterie                                                                                                   |
|   | Consultez les instructions d'utilisation                                                                                                                                                               |  | Partie appliquée de type BF                                                                                                                                                                |  | Batterie faible                                                                                                         |
|   | Date de fabrication                                                                                                                                                                                    |  | "Marche" du compresseur                                                                                                                                                                    |  | Garder au sec                                                                                                           |
|   | Fabricant                                                                                                                                                                                              |  | "Arrêt" du compresseur (Chargement de la batterie)                                                                                                                                         |  | Ne pas exposer à l'humidité                                                                                             |
|   | Courant continu                                                                                                                                                                                        |  | Alimentation externe                                                                                                                                                                       |  | En vertu de la législation fédérale des États-Unis, cet appareil peut être uniquement vendu ou prescrit par un médecin. |
|   | Courant alternatif                                                                                                                                                                                     |  | Risque d'étouffement : les petites pièces peuvent être dangereuses pour les enfants de moins de 3 ans ou toute personne ayant tendance à mettre des objets non comestibles dans la bouche. |                                                                                     |                                                                                                                         |
| <b>IP12</b>                                                                       | Protégé contre les objets solides externes de plus de 50 mm ET des chutes verticales de gouttes d'eau lorsque la fermeture est penchée à 15°                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                         |
|  | Cet appareil contient des équipements électriques et/ou électroniques qui doivent être recyclés d'après la directive 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                         |

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, plus particulièrement en présence d'enfants, il faut impérativement suivre des consignes de sécurité fondamentales. Lire les instructions dans leur intégralité avant toute utilisation. Les informations importantes sont soulignées de la façon suivante:

**DANGER**– Information de sécurité urgente concernant les risques qui entraînent de graves blessures corporelles voire la mort.

**AVERTISSEMENT**– Importante information de sécurité concernant les risques qui risquent d'entraîner de graves blessures corporelles.

**ATTENTION**– Information visant à éviter d'endommager le produit.

**REMARQUE**– Information à laquelle il faut prêter une attention particulière.

## LIRE LES INSTRUCTIONS DANS LEUR INTEGRALITE AVANT TOUTE UTILISATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### DANGER

Pour diminuer tout risque d'électrocution :

1. Ne pas utiliser ce produit en prenant un bain.
2. Ne pas placer ni entreposer ce produit dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
3. Ne pas placer ni faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne pas toucher un produit qui serait tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.

### AVERTISSEMENT

Pour diminuer tout risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
2. Utiliser ce produit uniquement comme il l'est indiqué dans ce guide.
3. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
4. Ne jamais utiliser en cas de somnolence ou d'assoupissement.
5. Ne couvrez pas l'appareil ou l'adaptateur CA/CC lorsque l'alimentation est allumée.
6. Ne jamais faire fonctionner ce produit dans les situations suivantes:
  - a. Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e).
  - b. Il ne fonctionne pas correctement.
  - c. Le produit est tombé ou celui-ci est endommagé.
  - d. Ce produit est tombé dans l'eau.

Retourner ce produit au centre de réparation agréé DeVilbiss Healthcare pour toute inspection et réparation.

## VOYAGE À L'ÉTRANGER

L'appareil 7314 series est équipé d'un adaptateur universel CA/CC permettant un fonctionnement sur toute tension en CA (100-240 V CA., 50/60 Hz). Néanmoins, il faut utiliser le cordon d'alimentation adapté pour pouvoir le brancher dans la prise murale appropriée.

**REMARQUE**– Vérifier l'adaptabilité du cordon d'alimentation avant toute utilisation.

## INTRODUCTION

Votre appareil d'aspiration DeVilbiss est un appareil médical compact d'aspiration qui a été conçu pour un fonctionnement portable et fiable. Le respect des procédures d'utilisation et d'entretien mentionnées dans ce guide d'instructions augmentera la durée de vie de ce produit.

### Déclaration d'utilisation prévue :

L'appareil est destiné à aspirer les fluides obstruant le système respiratoire et les substances infectieuses des plaies. L'appareil crée une pression négative (aspiration) qui aspire les fluides par un tube jetable relié à un récipient de collecte. Les fluides sont recueillis dans le récipient de collecte pour une élimination adéquate. L'appareil ne peut être utilisé que sur ordonnance médicale.

### Contre-indications

L'aspirateur de mucosités Vacu-Aide ne doit en aucun cas être utilisé dans les cas suivants :

- Drainage thoracique
- Aspiration nasogastrique

### DANGER

**L'unité d'aspiration DeVilbiss est un dispositif d'aspiration conçu pour recueillir des matières liquides ininflammables dans le cadre des applications médicales uniquement. Un usage abusif dans le cadre des applications médicales risque d'entraîner des blessures corporelles voire la mort. Pour toutes les applications médicales:**

1. Toute aspiration doit être effectuée en stricte conformité avec les procédures appropriées qui ont été établies par une autorité médicale homologuée.
2. Certains accessoires risquent de ne pas s'adapter sur les tubes fournis. Vérifier l'ensemble des accessoires avant toute utilisation pour vérifier leur bonne adaptabilité.

## ACCESSOIRES/PIÈCES DE RECHANGE

Les articles suivants peuvent être achetés séparément comme accessoires ou pièces de rechange pour l'Unité d'aspiration Série 7314 DeVilbiss:

| Description                                                                                                                  | N° pièce : | Description                                                                                  | N° pièce : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tuyaux de 6 diamètre                                                                                                         | 6305D-611  | Capot de protection (pack de 12) pour récipient jetable avec cartouche de filtration interne | 7305D-641  |
| Récipient jetable 800 (récipient et couvercle uniquement) pour usage avec un filtre antibactérien externe (pack de 48)       | 7305D-602  | Mallette de transport                                                                        | 7314D-606  |
| Kit de récipient de collecte (récipient jetable 800 ml, filtre antibactérien externe, coude, tubes de 11 cm et de 6 pieds)   | 7305D-603  | Cordon d'alimentation 12 V DC (1/paquet)                                                     | 7304D-619  |
| Kit de récipient de collecte (cartouche de filtration, capot de protection, récipient de 800 ml et tubes de 11 cm et 1,8 m)  | 7305D-633  | Adaptateur/chargeur CA/CC (Voir les caractéristiques pour les informations fabricant)        | 7314P-613  |
| Récipient jetable de 800 ml avec cartouche de filtration interne, capot de protection et tubes de 11 cm (48 chacun)          | 7305D-632  | Cordon d'alimentation pour USA                                                               | DV51D-606  |
| Cartouche de filtration (pack de 12) (pour récipient jetable avec filtre interne)                                            | 7305D-635  | Cordon d'alimentation pour l'Europe continentale                                             | DV51D-607  |
| Kit de récipient de collecte (récipient réutilisable 1200 ml, filtre antibactérien externe, coude, tube de 11 cm)            | 7314D-603  | Cordon d'alimentation pour UK                                                                | DV51D-608  |
| Récipient réutilisable 1200 ml (filtre antibactérien externe, coude, tube de 11 cm) (pack de 6)                              | 7314D-604  | Cordon d'alimentation pour l'Australie                                                       | DV51D-609  |
| Filtre antibactérien externe (non stérile) (pack de 12) pour récipient réutilisable et récipient jetable avec filtre externe | 7305D-608  | Cordon d'alimentation pour l'Japan                                                           | DV51D-613  |

**REMARQUE**–L'utilisation de câbles électriques et d'accessoires différents de ceux indiqués dans ce manuel ou dans les documents de référence peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques du produit ou une diminution de l'immunité électromagnétique du produit.




## PIÈCES IMPORTANTES

### L'unité d'aspiration DeVilbiss Vacu-Aide QSU Série 7314


#### avec récipient jetable et cartouche de filtration interne

1. Vacuomètre
  2. Bouton régulateur de dépression
  3. Tuyau de 1,82 m (6 feet) pour patient
  4. Connecteur de tube pour patient
  5. Récipient jetable avec un couvercle (flotteur d'arrêt incorporé dans le couvercle) et une cartouche de filtration.
  6. Cartouche de filtration avec un tube de 11,1 cm (4 3/8 po)
  7. Arrivée secteur DC (sur le côté)
  8. Commutateur d'alimentation
  9. Voyants d'alimentation
- Adaptateur universel CA/CC (non illustré)  
Câble d'alimentation CC (non illustré) en option  
Batterie rechargeable interne (non montré) Série 7314P uniquement  
Mallette de transport (non montré) Série 7314P uniquement




#### avec récipient jetable et filtre antibactérien externe

1. Vacuomètre
  2. Bouton régulateur de dépression
  3. Tuyau de 8,5 cm (3 3/8 inches)
  4. Tuyau de 1,82 m (6 feet) pour patient
  5. Connecteur de tube pour patient
  6. Récipient jetable avec un couvercle (flotteur d'arrêt incorporé dans le couvercle)
  7. Arrivée secteur DC (sur le côté)
  8. Commutateur d'alimentation
  9. Voyants d'alimentation
  10. Filtre antibactérien externe
- Adaptateur universel CA/CC (non illustré)  
Câble d'alimentation CC (non illustré) en option  
Batterie rechargeable interne (non montré) Série 7314P uniquement  
Mallette de transport (non montré) Série 7314P uniquement



#### avec récipient réutilisable et filtre antibactérien externe

1. Vacuomètre
  2. Bouton régulateur de dépression
  3. Tuyau de 11 cm (4 3/8 inches)
  4. Filtre antibactérien externe
  5. Connecteur de tube pour patient
  6. Tuyau de 1,82 m (6 feet) pour patient
  7. Couvercle
  8. Arrivée secteur DC (sur le côté)
  9. Commutateur d'alimentation
  10. Voyants d'alimentation
- Adaptateur universel CA/CC (non illustré)  
Câble d'alimentation CC (non illustré) en option  
Batterie rechargeable interne (non montré) Série 7314P uniquement  
Mallette de transport (non montré) Série 7314P uniquement



#### Récipient jetable avec cartouche de filtration interne et capot de protection

1. Tuyau de 11,1 cm (4 3/8 inches)
2. Cartouche de filtration (**Ne pas exposer à l'humidité**)
3. Couvercle
4. Bocal
5. Capot de protection
6. Connecteur de tube pour patient



#### Récipient jetable avec filtre antibactérien externe

1. Tuyau de 8,5 cm (3 3/8 inches)
2. Patient tubing connector
3. Couvercle
4. Bocal
5. Raccord coudé
6. Filtre antibactérien




#### Récipient réutilisable avec filtre antibactérien externe


1. Tuyau de 11,1 cm (4 3/8 inches)
2. Couvercle équipé de joint torique
3. Valve de débordement
4. Bocal
5. Valve de débordement
6. Raccord coudé
7. Filtre antibactérien



## CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT



**1**  
Batterie charge pleine de 17 HEURES. (Série 7314P uniquement)



**2**  
Le cas échéant, assurez-vous que le capot de protection soit correctement fixé à l'intérieur du couvercle au-dessus de la cartouche de filtre.




**3**  
Fixez correctement le couvercle au récipient.



**4**  
Insérez le récipient dans son emplacement et mettez-le délicatement à sa place. **REMARQUE** : Ne forcez pas. Pousser le récipient trop fort peut provoquer une fuite ou entraîner une perte de puissance d'aspiration.



**5A**  
**Connexion du récipient jetable avec cartouche de filtration interne** : Fixez le tube de 11 cm entre la cartouche de filtration et le connecteur du tube sur l'unité.



**5B**  
**Connexion du récipient réutilisable avec filtre antibactérien externe** : Connectez l'une des extrémités du tube de 11 cm (réutilisable) au connecteur du tube, puis connectez l'autre extrémité au filtre antibactérien. Lors de l'installation, assurez-vous que le côté transparent du filtre antibactérien est tourné vers le coude et le flacon. Ne retournez pas le filtre. Le filtre antibactérien doit être relié au coude formant un angle droit, lequel doit être relié à la partie supérieure du couvercle du récipient portant la mention <Vacuum>.



**6**  
Attachez le tube de 1,8 m (6 pieds) du patient au couvercle du récipient de collecte sur la prise marquée <Patient>.




**7**  
Vérifiez que le commutateur d'alimentation est sur  « off ».

**REMARQUE**—inspectez le tube d'aspiration et le récipient pour détecter les fuites, fissures, etc., et vous assurer que toutes les connexions sont sécurisées et ne fuient pas.



**7A**  
**7314P** - Sélectionnez la source d'alimentation souhaitée. (Passez les étapes 8 si vous utilisez une alimentation par batterie interne).




**Série 7314D** (Batterie non-étiquette)

**REMARQUE**— Le modèle Série 7314D n'est pas équipé en usine d'une batterie rechargeable interne. Les modèles Séries 7314P sont équipés en usine d'une batterie rechargeable interne et toutes les informations concernant son fonctionnement figurant dans ce guide sont applicables.



**8**  
Si vous utilisez l'alimentation CA ou CC, connectez le petit connecteur dans l'entrée d'alimentation CC sur le côté de l'appareil.



**9**  
Connectez l'autre extrémité dans une prise murale CA ou une prise de courant CC. **REMARQUE** : l'adaptateur AC peut être chaud pendant la charge ou lors de l'utilisation de l'appareil. Cela est normal.



**10**  
Mettez l'appareil sur  « on ». Ajustez le niveau d'aspiration.



**12**  
Vérifiez le niveau d'aspiration. **REMARQUE** : vérifiez toujours le niveau d'aspiration avant de commencer en bouchant l'extrémité du tube d'un patient, en regardant la jauge. Ajustez le bouton au niveau souhaité.

### AVERTISSEMENT

Si l'appareil n'est pas alimenté par une source externe ou si la batterie n'est pas chargée, le voyant de batterie faible reste allumé et le rendement de l'appareil d'aspiration diminue rapidement. Passer immédiatement à une autre source d'alimentation pour éviter toute interruption de procédure d'aspiration.

**REMARQUE**— Le vacuomètre ne sert qu'à titre indicatif. Si l'unité subit une baisse sévère, l'exactitude du vacuomètre doit être vérifiée.

**ATTENTION**— Lorsque le flotteur d'arrêt automatique est activé, le contenu du récipient de collecte doit être vidé. Aspirer davantage risquerait d'endommager la pompe à dépression.

**ATTENTION**— Si le fluide était ré-aspiré dans l'unité, il faudrait faire réparer l'équipement par le fournisseur étant donné que la pompe à dépression risquerait d'être éventuellement endommagée.

## CHARGE DE LA BATTERIE ET ENTRETIEN DU FILTRE

### Pour Charger la Batterie (Série 7314P uniquement)


Sur les Séries 7314P, les unités sont équipées d'une batterie rechargeable installée en usine. L'unité sera munie d'un voyant indiquant une batterie déchargée et le niveau de charge.




Vérifiez que le commutateur d'alimentation est sur « off ».




Branchez le petit connecteur de l'adaptateur universel CA ou CC dans la prise d'alimentation CC.



Connectez l'autre extrémité dans une prise murale CA ou une prise de courant CC.



La charge de batterie commence ; 17 heures pour une charge complète.



Charge de la batterie terminée.

### Explication des voyants :

|  |                                                                                                                          |  |                                                                                                            |  |                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Vert</b> – Allumé lorsque l'alimentation externe est fournie à l'unité à partir d'une source d'alimentation CA ou CC. |  | <b>Jaune</b> – La batterie est en charge. Le voyant s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. |  | <b>Rouge</b> – Batterie faible. Cherchez une autre source d'alimentation et chargez la batterie dès que possible lorsque le voyant s'allume. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**REMARQUE** – Chargez la batterie pendant au moins 17 heures avant la première utilisation.

**REMARQUE** – Rechargez complètement la batterie après chaque utilisation. L'unité continuera de charger la batterie en mode « entretien » après que l'indicateur de la charge se soit éteint ; laissez donc l'unité branchée au CA lorsque vous ne l'utilisez pas.

**ATTENTION**– Décharger complètement la batterie raccourcira la durée de vie de la batterie. Ne pas faire fonctionner l'unité pendant plus de quelques minutes si le voyant de batterie déchargée est allumé. Recharger la batterie aussi rapidement que possible.

**REMARQUE** – La durée de fonctionnement de l'unité diminuera selon l'ancienneté de la batterie.

**REMARQUE** – La durée de fonctionnement de l'unité diminuera également si la batterie reste déchargée pendant de longues périodes.

**REMARQUE POUR LE STOCKAGE** - La batterie doit être chargée pendant au moins 17 heures avant le stockage, et ce, au moins tous les 6 mois. Important - Si le chargement de la batterie a lieu après la période des 6 mois, la batterie ne pourra fournir une durée de fonctionnement complète qu'après 3 cycles de décharges et de charges complètes.

**REMARQUE**– Une batterie entièrement chargée offre environ 60 minutes d'utilisation continue au niveau zéro d'aspiration (flux libre). Le temps d'utilisation se réduit à des niveaux plus élevés d'aspiration.

**REMARQUE**– Lorsque vous chargez la batterie, utilisez une source d'alimentation externe et vérifiez que le voyant de charge s'allume lorsque l'appareil est en position « Off ». Si l'unité ne tient pas la charge, vérifiez que le modèle utilisé est bien équipé d'une batterie avant de le retourner au fournisseur agréé DeVilbiss Healthcare ou à DeVilbiss Healthcare.

**REMARQUE**– La batterie interne rechargeable est une batterie au plomb acide scellée. Contactez les autorités locales pour obtenir des instructions sur l'élimination adéquate.

**REMARQUE**– Ne pas connecter la source d'alimentation AC à une prise contrôlée par un commutateur pour s'assurer que l'unité est sous tension à tout moment.

**REMARQUE**– Ne pas connecter le cordon d'alimentation DC à une prise contrôlée par un commutateur afin que l'unité reste sous tension en permanence.

### Remplacement de la cartouche de filtration interne (usage unique) du récipient jetable


Changer le cartouche de filtration en cas de trop-plein ou tous les deux mois, le premier des deux prévalant.



Mettez l'appareil sur « off ».



Enlevez la cartouche de filtration et le tube de 11,1 cm (4 3/8 po).



Installez une nouvelle cartouche et un nouveau tube.


**REMARQUE**– Ne pas substituer d'autre matériau à ce filtre bactérien. Le remplacement peut entraîner une contamination ou de faibles performances, utilisez uniquement des cartouches de filtration DeVilbiss.

**REMARQUE**– la cartouche de filtration contient un filtre hydrophobe. Si l'élément filtrant vient à être mouillé, la circulation de l'air s'arrête. La cartouche de filtration doit alors être remplacée. N'enlevez pas l'élément filtrant de la cartouche de filtration.


**REMARQUE**– Les cartouches de filtre sont incluses avec chaque récipient jetable. Elles sont également disponibles séparément (7305D-635 en pack de 12).

### Remplacement du filtre externe antibactérien (usage pour un seul patient) du récipient réutilisable et/ou du récipient jetable

Changer le filtre bactérien en cas de trop-plein ou tous les deux mois, le premier des deux prévalant.



Mettez l'appareil sur « off ».



Retirer le filtre en le déconnectant de l'ensemble unité d'aspiration et couvercle.



Remplacer avec un filtre bactérien (non-stérile) propre DeVilbiss (7305D-608 12/ paquet) et remonter l'unité d'aspiration et le couvercle. S'assurer lors de l'installation que la partie claire du filtre soit dirigée vers la bouteille. On peut acheter des filtres supplémentaires auprès d'un fournisseur agréé DeVilbiss Healthcare.

**REMARQUE**– Ne pas substituer d'autre matériau à ce filtre bactérien. Le remplacement peut entraîner une contamination ou de faibles performances, utilisez uniquement des cartouches de filtration DeVilbiss.

**REMARQUE**– Le filtre antibactérien doit être changé entre chaque patient.



# INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE


## AVERTISSEMENT

Pour empêcher tout risque d'infection provenant de solutions de nettoyage ou de désinfection contaminées, préparez une nouvelle solution pour chaque cycle de nettoyage et jetez-la après utilisation.


**REMARQUE**– Les renseignements concernant la désinfection s'appuient sur les Instructions de pratiques cliniques pour l'aspiration de patients à domicile de l'AARC.

## Récipient de collecte jetable (avec cartouche de filtration externe)


**REMARQUE**– Le récipient de collecte jetable et le couvercle sont à usage unique.



1 Mettez l'appareil sur « off » pour arrêter l'aspiration.



2 Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation.



3 Déconnectez le tube et enlevez le récipient de son emplacement.



4 Enlevez avec précaution le couvercle et videz le contenu.  
**REMARQUE** : Vider et nettoyer le flacon collecteur après chaque utilisation.



5A Enlevez la cartouche de filtration et le tube de 11,1 cm (4 3/8 po) et mettez-les de côté.



5B Le filtre NE DOIT PAS être exposé à l'humidité. Le filtre ne peut pas être retiré du coude.




6 Lavez le récipient, le couvercle et le capot de protection avec de l'eau chaude et du produit vaisselle. Rincez avec de l'eau chaude et claire.



7 Laissez tremper dans une solution composée d'un quart de vinaigre (concentration en acide acétique supérieure ou égale à 5 %) et de trois quarts d'eau chaude (entre 55 et 65 °C) pendant 60 minutes. Rincez à l'eau claire chaude et laissez sécher à l'air libre.

**AVERTISSEMENT :**  
N'enlevez pas le flotteur de la couvercle. Il peut présenter des risques d'étouffement.



**REMARQUE** – le récipient démonté peut également être passé au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur uniquement et avec un cycle dans lequel la température de l'eau est comprise entre 55 et 65 °C.


## Récipient de collecte jetable (avec de filtration antibactérien externe)

**REMARQUE** – Le récipient de collecte jetable et le couvercle sont à usage unique (usage pour un seul patient).


**REMARQUE** –le récipient démonté peut également être passé au lave-vaisselle sur cycle délicat ou verres, dans le panier supérieur uniquement, à une température entre 55 et 65 °C.



1 Mettez l'appareil sur « off » pour arrêter l'aspiration.



2 Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation.



3 Déconnectez le tube et enlevez le récipient de son emplacement.



4 Enlevez avec précaution le couvercle et videz le contenu.  
**REMARQUE** : Vider et nettoyer le flacon collecteur après chaque utilisation.



5 Enlevez le filtre antibactérien, le tube de 8,5 cm (3 3/8 po) et le coude de connexion, et mettez-les de côté. Enlevez le joint torique et la vanne de décharge du couvercle.




6 Lavez le récipient et le couvercle dans une solution d'eau chaude et de détergent à vaisselle. Rincez à l'eau claire et chaude.




## Récipient de collecte réutilisable (avec de filtration antibactérien externe)



1 Mettez l'appareil sur « off » pour arrêter l'aspiration.



2 Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation.



3 Déconnectez le tube et enlevez le récipient de son emplacement.



4 Enlevez avec précaution le couvercle et videz le contenu. **REMARQUE :** Vider et nettoyer le flacon collecteur après chaque utilisation.



5 Enlevez le filtre antibactérien, le tube de 11,1 cm (4 3/8 po) et le coude de connexion, et mettez-les de côté. Enlevez le joint torique et la vanne de décharge du couvercle.



6 Lavez le bocal, le couvercle, le joint torique et la vanne de décharge dans une solution d'eau chaude et de détergent liquide doux (par exemple, Dawn ou Palmolive), et rincez-les sous l'eau chaude du robinet. Une fois les pièces lavées, désinfectez-les au moyen de l'une des méthodes suivantes.

### Pour un usage unique :

1. Laissez tremper dans une solution composée d'un quart de vinaigre (concentration en acide acétique supérieure ou égale à 5 %) et de trois quarts d'eau chaude (entre 55 et 65 °C) pendant 60 minutes. Rincez à l'eau claire chaude et laissez sécher à l'air libre dans un environnement propre.
2. Laissez-les tremper dans un désinfectant commercial (antibactérien). Suivez attentivement les taux de dilution et les instructions recommandées par le fabricant.

### Pour une utilisation sur plusieurs patients :

1. Une fois que les pièces sont complètement sèches, placez le bocal et le couvercle dans un autoclave avec l'ouverture vers le bas. Vérifiez que les pièces ne se touchent pas. Lancez un cycle de stérilisation à la vapeur à 121 °C (252 °F) pendant 15 minutes. **REMARQUE**-Le bocal est garanti jusqu'à 30 cycles de stérilisation à l'autoclave, selon les conditions indiquées.
2. Jetez et remplacez le filtre, les tubes et le coude entre deux patients.

## Tube de 1,8 m pour patient (usage unique)




1 Déconnectez-le du couvercle.



2 Rincez soigneusement à l'eau chaude du robinet.




3 Ensuite, laissez tremper dans une solution composée d'un quart de vinaigre (concentration en acide acétique supérieure ou égale à 5 %) et de trois quarts d'eau chaude (entre 55 et 65 °C) pendant 60 minutes. Rincez à l'eau claire chaude et laissez sécher à l'air libre.




4 Laissez les surfaces extérieures propres en les essuyant avec un chiffon propre et humide.

## Adaptateur CA/CC



1 Déconnectez l'adaptateur CA/CC de l'appareil et de la source d'alimentation.




2 Essuyez le logement et les câbles de l'adaptateur CA/CC avec un chiffon sec.


## Unité d'aspiration (usage unique)

**ATTENTION**– Ne pas immerger l'unité dans l'eau car ceci risquerait d'endommager la pompe à dépression.

**REMARQUE :** N'utilisez aucun produit de nettoyage ou désinfectant contenant de l'ammoniac, du benzène et/ou de l'acétone pour nettoyer l'unité.



1 Mettez l'appareil sur « off » pour arrêter l'aspiration.



2 Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation.



3 Essuyez le logement avec un chiffon humide et un désinfectant commercial (antibactérien).

## Mallette de transport (usage unique)



1 Essuyez avec un chiffon propre et imbibé de détergent ou de désinfectant.

## Unité d'aspiration (utilisation sur plusieurs patients)

### Nettoyage et désinfection de l'appareil lorsqu'il y a changement de patient

Lorsqu'un appareil médical a déjà été utilisé avec un patient, il faut partir du principe qu'il y a eu contamination par des germes pathogènes humains (sauf preuve du contraire). Par conséquent, le prochain patient, utilisateur ou tout autre tiers doit être dûment protégé par une manipulation et une préparation adéquates. Ainsi, lors d'un changement de patient, les personnes doivent être protégées au cours du transport et de la manipulation de l'appareil. Avant sa réutilisation par le patient suivant, l'appareil doit être intégralement traité (c'est-à-dire nettoyé et désinfecté) par un personnel qualifié. L'ensemble du processus ne doit être effectué que par le constructeur, ou l'un des fournisseurs ou techniciens de maintenance DeVilbiss.

**REMARQUE** – Lorsque l'unité est utilisée selon les instructions et sous des conditions normales, l'intérieur de l'unité est protégé contre les germes pathogènes grâce au filtre en ligne sur le récipient de collecte ; par conséquent il n'est pas nécessaire de désinfecter les composants internes.

**REMARQUE** - Si l'unité est utilisée sans un filtre en ligne, alors l'intérieur de l'unité aura été exposé aux germes pathogènes et l'unité ne pourra pas être désinfectée.

**REMARQUE** - En cas d'impossibilité pour un fournisseur ou un technicien de maintenance DeVilbiss de suivre la procédure complète détaillée ci-dessous, l'appareil ne doit pas être utilisé par un autre patient !

Voici les procédures minimales recommandées par DeVilbiss Healthcare, à faire effectuer par le constructeur ou un tiers qualifié, entre deux patients.

1. Mettez au rebut tous les composants jetables, notamment le récipient de collecte, le filtre, le tuyau et l'étui de transport.
2. Après avoir placé l'interrupteur en position « Off », déconnectez l'unité d'aspiration DeVilbiss de toutes les sources externes d'alimentation.
3. Inspectez visuellement tout dommage, pièce manquante, etc., sur l'unité.
4. Essuyez le logement avec un chiffon propre et un désinfectant commercial (bactérien-germicide) qui répond aux exigences énumérées dans la REMARQUE ci-dessous et qui est utilisé selon les taux de dilution et les instructions recommandés par le fabricant du désinfectant.

**ATTENTION** - Ne pas immerger l'unité dans l'eau car ceci risquerait d'endommager la pompe à dépression.

**REMARQUE** - N'utilisez aucun produit de nettoyage ou désinfectant contenant de l'ammoniac, du benzène et/ou de l'acétone pour nettoyer l'unité.

## DÉPANNAGE

### DANGER

**Risque d'électrocution. Ne pas essayer d'ouvrir ou de déposer l'appareil, il ne s'y trouve aucun élément réparable par l'utilisateur. Pour toute réparation, retourner l'unité à un fournisseur qualifié DeVilbiss Healthcare ou à un centre de service agréé. Ouvrir ou altérer l'unité annulera la garantie.**

**REMARQUE**– Cette unité d'aspiration DeVilbiss ne contient aucune pièce réparable. Si l'unité semble mal fonctionner, AVANT DE LA RETOURNER AU FOURNISSEUR D'EQUIPEMENT MEDICAL A DOMICILE AUPRES DUQUEL L'UNITE A ETE ACHETEE OU A DeVilbiss Healthcare, prendre quelques minutes pour vérifier ces causes éventuelles:

| PROBLÈME                                                                                                                                               | ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne s'allume pas lorsqu'une alimentation extérieure est connectée. Le voyant lumineux vert ne s'allume pas.                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez les sources d'alimentation et les connexions.</li><li>2. Assurez-vous que la prise murale fonctionne en y branchant une lampe.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La pompe fonctionne, mais il n'y a pas d'aspiration.                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifier que l'ensemble de la tubulure est correctement branché.</li><li>2. Vérifier que les connexions de tubulure ne comportent ni fuites ni pincements.</li><li>3. Assurez-vous que le flotteur d'arrêt situé dans le récipient de collecte n'est pas activé ou que la cartouche de filtration n'est pas obstruée.</li><li>4. Vérifiez que le récipient de collecte ne comporte ni fuite ni fissure.</li></ol> |
| Faible aspiration.                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilisez le bouton de réglage pour augmenter le niveau d'aspiration.</li><li>2. Vérifier le système pour voir s'il y a des fuites.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'appareil ne s'allume pas (aucune alimentation extérieure n'est connectée). Série 7314P uniquement                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que la batterie est complètement chargée et/ou chargez la batterie.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La batterie ne se charge pas (les voyants lumineux d'alimentation externe et de charge doivent être allumés pendant la charge). Série 7314P uniquement | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que les voyants d'alimentation externe et de charge s'allument.</li><li>2. Vérifiez les sources d'alimentation et les connexions.</li><li>3. Assurez-vous que la prise murale fonctionne en y branchant une lampe.</li></ol>                                                                                                                                                                             |

## NOTES DESTINÉES AU PRESTATAIRE

Aucun étalonnage ou entretien régulier n'est requis si l'appareil est utilisé selon les instructions du fabricant. Pour garantir une bonne hygiène et la sécurité de chaque utilisateur, il convient de reconditionner l'équipement à chaque changement de patient. Cette opération peut être effectuée uniquement par le fabricant ou le prestataire de soins. À chaque changement de patient :

1. Inspectez visuellement tout dommage, pièce manquante, etc., sur l'unité.
2. Assurez-vous que l'unité et les accessoires sont propres.
3. En utilisant une jauge d'aspiration indépendante, vérifiez que l'unité offre le bon niveau d'aspiration spécifié dans les caractéristiques.
4. Jetez et remplacez le récipient de collecte, le filtre et les tubes entre deux patients.
5. Essuyez la surface avec un chiffon propre trempé dans du désinfectant.

SPÉCIFICATIONS/CLASSIFICATIONS

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille (récipient inclus)                                                                                                                                     | 21,1 cm x 20,3 cm x 21,6 cm (8,3 H x 8,0 L x 8,5 P) (adaptateur universel CA/CC non inclus)                                                   |
| Poids (récipient inclus)                                                                                                                                      | Série 7314P - 3 kg (6,6 lb.) (adaptateur universel CA/CC non inclus)<br>Série 7314D - 2 kg (4,3 lb.)                                          |
| Niveau sonore de service typique                                                                                                                              | 55 dBA                                                                                                                                        |
| Electricité                                                                                                                                                   | 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A max -  +; 12 V CC ---; 33 W max. |
| Plage de dépression                                                                                                                                           | 50 à 550 mm Hg +/- 10%*                                                                                                                       |
| Débit d'air à l'orifice d'aspiration                                                                                                                          | 27 LPM (écoulement libre) type (peut être moindre lors du fonctionnement sur batterie interne)*                                               |
| Capacité de collecte du récipient jetable                                                                                                                     | Récipient de 800 ml (cc) (2 options de filtre)                                                                                                |
| Capacité de collecte du récipient réutilisable                                                                                                                | 1200 ml (cc)                                                                                                                                  |
| <b>Garantie</b>                                                                                                                                               | Limité à deux ans, batterie interne (série 7314P uniquement) et récipient de collecte exclus                                                  |
| Batterie interne (Série 7314P uniquement)                                                                                                                     | 90 jours                                                                                                                                      |
| <b>Approbations</b>                                                                                                                                           | IEC 60101-1-2; CSA-C22.2 # 601.1; UL 60601-1; EN 60601-1-2; ISO 10079-1; IEC 60601-1; IEC 60529 IP12; IEC 60601-1-6; CENELEC EN 60601-1       |
| Informations fabricant sur l'adaptateur                                                                                                                       | Emerson Modèle n AD5012N2LM ou Autec Power Systems Modèle n DTM36-12 ou SL Power/Ault Modèle n MENB1040A1240N02                               |
| <b>Conditions environnementales</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| Plage de températures de fonctionnement                                                                                                                       | 0°C (32°F) à 40°C (104°F)                                                                                                                     |
| Humidité relative opérationnelle                                                                                                                              | 0 à 95%                                                                                                                                       |
| Pression atmosphérique opérationnelle                                                                                                                         | 70 kPa (10,2 psi) à 106 kPa (15,4 psi)                                                                                                        |
| Plage de températures d'entreposage et de transport                                                                                                           | -40°C (-40°F) à 70°C (158°F)                                                                                                                  |
| Humidité relative d'entreposage et de transport                                                                                                               | 0 à 95%                                                                                                                                       |
| Pression atmosphérique d'entreposage et de transport                                                                                                          | 50 kPa (7,3 psi) à 106 kPa (15,4 psi)                                                                                                         |
| <b>Classifications de l'équipement</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| En ce qui concerne la protection contre tout risque d'électrocution                                                                                           | Classe II et sous tension intérieurement                                                                                                      |
| Degré de protection contre tout risque d'électrocution                                                                                                        | Pièces appliquées de type BF                                                                                                                  |
| Degré de protection contre l'entrée de liquides                                                                                                               | IP12 et alimentation ordinaire                                                                                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                                                        | Fonctionnement intermittent: 30 minutes marche, 30 minutes arrêt                                                                              |
| Equipement ne peut s'utiliser en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou d'oxyde nitreux                                              |                                                                                                                                               |
| <b>Classification ISO</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| Série 7314P uniquement - Équipement électrique médical d'aspiration à usage sur le terrain ou lors du transport conformément à la norme EN ISO 10079-1 : 2009 |                                                                                                                                               |
| Débit élevé/Dépression élevée                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Série 7314D uniquement - Équipement électrique médical d'aspiration non destiné au transport conformément à la norme ISO 10079-1: 2009                        |                                                                                                                                               |

\* Les conditions peuvent varier en fonction de l'altitude au-dessus du niveau de la mer, de la pression barométrique et de la température.

Note du fabricant

Nous vous remercions d'avoir sélectionné une unité d'aspiration DeVilbiss. Votre satisfaction est notre priorité. Nous vous demandons d'envoyer vos questions et commentaires à l'adresse figurant sur la couverture arrière.  
Pour tout entretien, contacter le fournisseur agréé DeVilbiss Healthcare:

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Téléphone | Date d'achat | Numéro de série |
|-----------|--------------|-----------------|

RECOMMANDATIONS ET DÉCLARATION DU FABRICANT POUR DEVILBISS

AVERTISSEMENT

L'équipement médical électrique nécessite des précautions spéciales en ce qui concerne la CEM et doit être installé et mis en service conformément aux informations sur la compatibilité électromagnétique [CEM] spécifiées dans les documents joints.  
L'équipement portatif et mobile de communications HF peut affecter le matériel médical électrique.  
L'équipement ou le système de prêts est utilisé à côté ou empilé avec un autre équipement et, si son utilisation alors qu'il est adjacent ou empilé est nécessaire, l'équipement ou le système doit être observé afin de vérifier le fonctionnement normal dans la configuration qui sera utilisée.

**REMARQUE**—Les tableaux de CEM et autres directives fournissent au client ou à l'utilisateur des informations qui sont essentielles pour déterminer la pertinence de l'équipement du système quant à une utilisation dans un environnement électromagnétique et dans la gestion de l'environnement électromagnétique d'utilisation afin de permettre à l'équipement au système de fonctionner comme prévu sans gêner d'autres équipements et systèmes ou un équipement électrique non médical.

| Recommandations et déclaration du fabricant – Émissions pour tous les équipements et systèmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cet appareil est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique ci-dessous. Son acheteur ou utilisateur doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Test d'émission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conformité                                                                                                                     | Application électromagnétique – Recommandations                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Émissions HF CISPR 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Groupe 1                                                                                                                       | Cet appareil n'utilise l'énergie radioélectrique que pour son fonctionnement interne. Il n'émet donc que peu de radiofréquences et il est peu probable qu'il interfère avec les appareils électroniques à proximité. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Émissions HF CISPR 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Classe B<br>Émissions rayonnées et conduites                                                                                   | Cet appareil peut être utilisé dans tous les bâtiments, y compris dans les bâtiments résidentiels ou ceux directement connectés au réseau électrique public à basse tension approvisionnant les résidences.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Harmoniques<br>IEC 61000-3-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Class A                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scintillation<br>IEC 61000-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conforme                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Test d'immunité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IEC 60601 Test Level                                                                                                           | Niveau de conformité                                                                                                                                                                                                 | Environnement électromagnétique - Recommandations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Décharges électrostatiques<br>(ESD) IEC 61000-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±6kV contact<br>±8kV air                                                                                                       | ±6kV contact<br>±8kV air                                                                                                                                                                                             | Le sol doit être en bois, en ciment ou à carreaux de céramique. S'il est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être au moins de 30 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Courants transitoires<br>rapides/pointes de tension<br>IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±2kV sur secteur CA                                                                                                            | ±2kV sur secteur CA                                                                                                                                                                                                  | La qualité du courant du secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Surtensions<br>IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ±1 kV Différentiel<br>±2 kV Commun                                                                                             | ±1 kV Différentiel<br>±2 kV Commun                                                                                                                                                                                   | La qualité du courant du secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chutes de tension, courtes<br>interruptions et variations de<br>courant sur les lignes de<br>courant d'alimentation IEC<br>61000-4-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >95 % de chute pour 0,5 cycle<br>60 % de chute pour 5 cycles<br>30 % de chute pour 25 cycles<br>>95 % de chute pour 5 secondes | >95 % de chute pour 0,5 cycle<br>60 % de chute pour 5 cycles<br>30 % de chute pour 25 cycles<br>>95 % de chute pour 5 secondes                                                                                       | La qualité du courant du secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si un fonctionnement continu du dispositif est requis pendant une interruption de l'alimentation secteur, il est recommandé d'utiliser une alimentation permanente (UPS) ou une batterie.                                                                                                                                                              |
| Champ magnétique à la<br>fréquence du réseau de<br>50/60 Hz IEC 61000-4-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3A/m                                                                                                                           | 3A/m                                                                                                                                                                                                                 | Les champs magnétiques de fréquence du réseau doivent se trouver aux niveaux typiques d'un environnement commercial ou hospitalier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HF conduite<br>IEC 61000-4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 Vrms de 150 kHz à 80 MHz                                                                                                     | 3 Vrms                                                                                                                                                                                                               | Les équipements de communication HF portables et mobiles doivent être séparés de l'appareil par au minimum les distances de séparation recommandées calculées/indiquées ci-dessous :<br>$D=(1,2)\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HF rayonnée<br>IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 V/m<br>80 MHz à 2,5 GHz                                                                                                      | 3V/m                                                                                                                                                                                                                 | $D=(1,2)\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz<br>$D=(2,3)\sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz<br>Où P est la puissance nominale maximale et d est la distance de séparation recommandée en mètres.<br>L'intensité des champs des transmetteurs HF fixes, telle que déterminée par une étude électromagnétique du site, doit être inférieure aux niveaux de conformité (3 Vrms et 3V/m).<br>Des interférences sont possibles à proximité de l'équipement contenant un transmetteur |
| <p>Dans le cas de transmetteurs dont le courant de sortie maximum n'est pas listé ci-dessus, le dégagement recommandé, d, en mètres (m), peut être estimé au moyen de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, dans laquelle P est le courant de sortie nominal maximum du transmetteur en watts (W), indiqué par son fabricant.</p> <p>Remarque 1 : à 80 et 800 MHz, la plage des fréquences les plus hautes est celle qui s'applique.</p> <p>Remarque 2 : ces recommandations peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de l'absorption et de la réflexion par les structures, les objets et les personnes.</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distances recommandées de séparation entre les équipements de communication HF portables et mobiles et ce dispositif. Cet appareil et ce système NE SONT PAS conçus pour la réanimation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cet appareil est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique où les perturbations rayonnées sont contrôlées. L'acheteur ou l'utilisateur de cet appareil peut réduire le risque d'interférences radioélectriques en maintenant une distance minimum entre les équipements de communication à HF mobiles et portatifs et cet appareil, telle que la distance recommandée ci-dessous, en fonction du courant de sortie maximum de l'équipement de communication en question.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sortie électrique maximum<br>(Watts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Distances de séparation recommandées pour l'appareil (mètres)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 kHz à 80 MHz<br>$D=(1,2)\sqrt{P}$                                                                                          | 80 à 800 MHz<br>$D=(1,2)\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                    | 800 MHz à 2,5 GHz<br>$D=(2,3)\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,12                                                                                                                           | 0,12                                                                                                                                                                                                                 | 0,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,38                                                                                                                           | 0,38                                                                                                                                                                                                                 | 0,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,2                                                                                                                            | 1,2                                                                                                                                                                                                                  | 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,8                                                                                                                            | 3,8                                                                                                                                                                                                                  | 7,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                                                                                   | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Dans le cas de transmetteurs dont le courant de sortie maximum n'est pas listé ci-dessus, le dégagement recommandé, d, en mètres (m), peut être estimé au moyen de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, dans laquelle P est le courant de sortie nominal maximum du transmetteur en watts (W), indiqué par son fabricant.</p> <p>Remarque 1 : à 80 et 800 MHz, la plage des fréquences les plus hautes est celle qui s'applique.</p> <p>Remarque 2 : ces recommandations peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de l'absorption et de la réflexion par les structures, les objets et les personnes.</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





**DeVilbiss Healthcare LLC**

100 DeVilbiss Drive  
Somerset, PA 15501-2125  
USA  
800-338-1988 • 814-443-4881

**DeVilbiss Healthcare Ltd**

Unit 3, Bloomfield Park  
Bloomfield Road  
Tipton, West Midlands DY4 9AP  
UNITED KINGDOM  
+44 (0) 121 521 3140

**DeVilbiss Healthcare Pty. Limited**

15 Carrington Road, Unit 8  
Castle Hill NSW 2154  
AUSTRALIA  
+61-2-9899-3144

**DeVilbiss Healthcare SAS**

13/17, Rue Joseph Priestley  
37100 Tours  
FRANCE  
+33 (0) 2 47 42 99 42

**DeVilbiss Healthcare GmbH**

Kamenzer Straße 3  
68309 Mannheim  
GERMANY  
+49 (0) 621-178-98-0



A-7314 REV C

DeVilbiss Healthcare LLC • 100 DeVilbiss Drive • Somerset, PA 15501 • USA  
800-338-1988 • 814-443-4881 • [www.DeVilbissHealthcare.com](http://www.DeVilbissHealthcare.com)

DeVilbiss® and Vacu-Aide® QSU are registered trademarks of DeVilbiss Healthcare.

© 2016 DeVilbiss Healthcare LLC. 10.16 All Rights Reserved.

A-7314 Rev. C